



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÊ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÊ”



ANEXO 01
TERMO DE REFERÊNCIA
1. PAUTA DOS PRODUTOS.

| LOTE 01 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS. | | | | | |
|---|---|-----|-----|-----------|-----------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNI | VR. UNIT | VR. TOTAL |
| 1 | SOM PORTÁTIL JBL COM ENTRADA PARA PEN DRIVE - Especificação: COMPATÍVEL/ SIMILAR COM A JBL; Á PROVA D'ÁGUA; POTÊNCIA MINIMA: 20W; CONECTIVIDADE: BLOOTOOTH; BATERIA RECARREGÁVEL. | 1 | UND | 687,35 | 687,35 |
| 2 | VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÃO 60CM - Especificação: POTÊNCIA MINIMA: 150W; HÉLICE: 3 PÁS. | 7 | UND | 219,76 | 1.538,32 |
| 3 | AR CONDICIONADO SPLIT FRIO CAPACIDADE 12.000 BTU's - Especificação: POSSUI TECNOLOGIA INVERTER COM ROTOR DUPLO (DUAL INVERTER). CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A (SELO PROCEL). SERPENTINA DE COBRE.220V. | 14 | UND | 1.757,13 | 24.599,82 |
| 4 | AR CONDICIONADO SPLIT FRIO CAPACIDADE 18.000 BTU's - Especificação: POSSUI TECNOLOGIA INVERTER COM ROTOR DUPLO (DUAL INVERTER). CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A (SELO PROCEL). SERPENTINA DE COBRE.220V. | 5 | UND | 2.361,37 | 11.806,85 |
| 5 | AR CONDICIONADO SPLIT FRIO CAPACIDADE 9.000 BTU's - Especificação: POSSUI TECNOLOGIA INVERTER COM ROTOR DUPLO (DUAL INVERTER). CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A (SELO PROCEL). SERPENTINA DE COBRE.220V. | 3 | UND | 1.513,03 | 4.539,09 |
| 6 | BEBEDOURO DE COLUNA - Especificação: TIPO GELAGUA. 220V. | 4 | UND | 512,63 | 2.050,52 |
| VALOR GLOBAL | | | | 45.221,95 | |

| LOTE 02 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS. | | | | | |
|--|---|-----|-----|----------|-----------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNI | VR. UNIT | VR. TOTAL |
| 7 | NOBREAK 1500VA BIVOLT. - Especificação: ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO - SAÍDA: 115V - NOBREAK INTERATIVO COM REGULAÇÃO ON-LINE - ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO - FILTRO DE LINHA INTERNO - PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA - TOMADAS DE SAÍDA NBR 14136: 5 OU MAIS TOMADAS - DC START - ALARME AUDIOVISUAL PARA QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA, FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, SOBRETENSÃO, POTÊNCIA EXCEDIDA E SOBRE TEMPERATURA - PROTEÇÕES: QUEDA DE REDE (BLACKOUT), RUÍDO DE REDE ELÉTRICA, SOBRETENSÃO DE REDE ELÉTRICA, SUBTENSÃO DE REDE ELÉTRICA, SURTOS DE TENSÃO NA REDE, CORREÇÃO DE VARIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA POR DEGRAU." | 3 | UND | 781,95 | 2.345,85 |
| 8 | NOBREAK 1000VA BIVOLT. - Especificação: ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO - SAÍDA: 115V - NOBREAK INTERATIVO COM REGULAÇÃO ON-LINE - ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO - FILTRO DE LINHA INTERNO - PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA - TOMADAS DE SAÍDA NBR 14136: 4 OU MAIS TOMADAS - DC START - ALARME AUDIOVISUAL PARA QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA, FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, SOBRETENSÃO, POTÊNCIA EXCEDIDA E SOBRE TEMPERATURA - PROTEÇÕES: QUEDA DE REDE (BLACKOUT), RUÍDO DE REDE ELÉTRICA, SOBRETENSÃO DE REDE ELÉTRICA, SUBTENSÃO DE REDE ELÉTRICA, SURTOS DE TENSÃO NA REDE, CORREÇÃO DE VARIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA POR DEGRAU." | 11 | UND | 551,98 | 6.071,78 |
| VALOR GLOBAL | | | | 8.417,63 | |

Prefeitura Municipal – Rua Padre Zacarias 332, Centro – CEP 62.920-000 – Fone (88) 3447-1646.
CNPJ 07.807.191/0001-47 – CGF 06.920.172-2

Assinatura do Presidente da Comissão Permanente de Licitação
CPF 752.023.953.69
QUIXERÊ - CE



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM "QUERO MAIS QUIXERÉ"



| ITEM | LOTE 03 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. DESCRIÇÃO | QTD | UNI | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|------|---|-----|-----|----------|-----------|
| 9 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA, DUPLEX, ADF, WIFI E ETHERNET - Especificação: - IMPRESSORA: COLORIDA; - FUNÇÃO: IMPRESSÃO, CÓPIA, SCANNER E WIFI; - IMPRESSÃO FRENTE E VERSO (DUPLEX); SIM; - CÓPIA FRENTE E VERSO: SIM; - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: MÁXIMA EM PRETO 33 PPM E EM CORES 20 PPM; - TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA; - TAMANHO DA IMPRESSÃO: JATO DE TINTA; - CAPACIDADE BANDEJA DE ENTRADA: 250 FOLHAS DE PAPEL NORMAL; - CAPACIDADE BANDEJA DE SAÍDA: 30 FOLHAS; - CAPACIDADE ALIMENTADOR AUTOMÁTICO (ADF): 30 FOLHAS - TAMANHO DO PAPEL: A4 210X297 MM, A6 105X148MM; - CONECTIVIDADE: USB; WIRELESS 802.11 B/G/N5; WIFI DIRECT, ETHERNET (10/100MBPS); - KIT INICIAL DE SUPRIMENTOS: SIM; - EXPOSIÇÃO DE SCANNER: A4; - TAMANHO MÁXIMO PARA DIGITAÇÃO: OFÍCIO (VIA ADF); - ITENS INCLUSOS: CABO DE ALIMENTAÇÃO, CARTUCHO AMARELO, CARTUCHO CIANO, CARTUCHO MAGENTA, CARTUCHO PRETO, CD INSTALAÇÃO C/ MANUAL; - ALIMENTAÇÃO: BIVOLT (110/220V); - SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: WINDOWS 7, 8 E 10. | 1 | UND | 2.257,30 | 2.257,30 |
| 10 | NOTEBOOK PROCESSADOR CORE I3 - Especificação: ESPECIFICAÇÕES: PROCESSADOR: - INTEL CORE I3 7020U - GERAÇÃO DO PROCESSADOR: 7ª GERAÇÃO - VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 2,3 GHZ ARMAZENAMENTO: - TIPO: HDD - CAPACIDADE: 500GB OU SUPERIOR- INTERFACE: 2.5" SATA MEMÓRIA RAM: 8 GB DDR4 TELA: TAMANHO DA TELA: 15,6" OU SUPERIOR. CONEXÕES: CONEXÃO S/ FIO (WIRELESS) 802.11 ACENTRADAS E SAÍDAS: ÁUDIO; ETHERNET (RJ-45); HDMI; USB 3.0; USB 2.0 TECLADO: PORTUGUÊS-BR, COM TECLADO NUMÉRICO INTEGRADO, PADRÃO ABNT2. TOUCHPAD: COM SUPORTE À FUNÇÃO MULTITOQUES. TENSÃO/VOLTAGEM: BIVOLTSISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 (64 BITS)." | 19 | UND | 2.788,72 | 52.985,68 |
| 11 | TABLET ANDROID. - Especificação: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: A) UNIDADE DE PROCESSAMENTO A.1 PROCESSADOR COM CLOCK MÍNIMO DE 1,3 GHZ COM NO MÍNIMO QUATRO NÚCLEOS E 2M L2 CACHE; A.2) CAPAZ DE EXECUTAR ARQUIVOS DE ÁUDIO E VÍDEO; A.3) AS FUNÇÕES DE DECODIFICAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DEVEM SER ACELERADAS POR HARDWARE. A.4) POSSUIR DECODIFICAÇÃO POR HARDWARE PARA PELO MENOS OS SEGUINTE FORMATOS: H263, H264 E MPEG4. B) MEMÓRIA RAM. 1) MÍNIMO DE 1 GB (UM GIGABYTE) DE BAIXO CONSUMO (DDR3L 1066MHZ); C) TELAC. 1) TELA COLORIDA E CONSTRUÍDA COM TECNOLOGIA LCD OU OLED, COM RETRO ILUMINAÇÃO E COM TAMANHO MÍNIMO DE 09 (NOVE) E MÁXIMO DE 10.1 (DEZ PONTO UM) POLEGADAS; C.2) MULTITOQUE DE NO MÍNIMO 5 PONTOS (CAPACITIVA); C.3) POSSUIR CONTRASTE MÍNIMO DE 300:1; C.4) RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1280X800D) ARMAZENAMENTO D.1) INTERNO DO TIPO FLASH/EMMC; MAIS ESPECÍFICA E MAIOR QUALIDADE D.2) CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 GB (DEZESSEIS GIGABYTES) DE ARMAZENAMENTO INTERNO, D.3) POSSUIR SLOT PARA CARTÃO DE MEMÓRIA PADRÃO MICROSD PARA EXPANSÃO DO ARMAZENAMENTO INTERNO, COMPATÍVEL COM CARTÕES DE ATÉ 64 GB (SESENTA E QUATRO GIGABYTES). E) CONECTIVIDADE E.1) WI-FI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N, INTEGRADO (INTERNO) AO EQUIPAMENTO; E.2) MODEM INTERNO COM SUPORTE A REDES 3G (NO MÍNIMO DUAL-BAND 2100MHZ E 850MHZ) E 2G (QUAD-BAND 850MHZ, 900MHZ, 1.800MHZ E 1.900MHZ) HABILITADO PARA FUNCIONAMENTO NAS FREQUÊNCIAS DO SISTEMA BRASILEIRO DE COMUNICAÇÃO MÓVEL, DESBLOQUEADO PARA TODAS AS | 45 | UND | 395,97 | 17.818,65 |

Prefeitura Municipal – Rua Padre Zacarias 332, Centro – CEP 62.920-000 – Fone (88) 3443-1646
CNPJ 07.807.191/0001-47 – CGF 06.920.172-2

Inscrição do Licitante
Placetele de da Comiss
Permanente de Licitar
CPF 152 023 553 50
QUIXERÉ CE



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM "QUERO MAIS QUIXERÉ"



| | | | | | |
|----|--|----|-----|--------|-----------|
| | <p>OPERADORAS; E.3) BLUETOOTH VERSÃO 4.0 OU SUPERIOR, INTEGRADO (INTERNO) AO EQUIPAMENTO; E.4) SISTEMA DE GPS INTEGRADO (INTERNO) COM ANTENA INTERNA.F) INTERFACES.F.1) MICROFONE E ALTO-FALANTE INTEGRADOS AO GABINETE; F.2) SAÍDA PARA FONE DE OUVIDOS PARA CONECTOR PADRÃO P2 DE 3,5 MM E COM 03 (TRÊS) PONTOS DE CONTATO (TERRA, ÁUDIO DIREITO E ESQUERDO); F.3) PORTA MICRO-USB PADRÃO 2.0 OU PORTA USB-C;G) CÂMERA FRONTAL E TRASEIRA.G.1) INTEGRADA AO EQUIPAMENTO; G.2) CÂMERA TRASEIRA COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 05 MP (CINCO MEGAPIXELS), POSSUIR AJUSTE DE FOCO AUTOMÁTICO E ZOOM DIGITAL; G.3) CÂMERA FRONTAL COM RESOLUÇÃO MÍNIMA 1.2 MP (UM PONTO DOIS MEGAPIXELS); G.4) AMBAS AS CÂMERAS DEVEM PERMITIR FILMAR E TIRAR FOTOS.H) BATERIA:H.1) INTERNA E RECARREGÁVEL; H.2) LÍTIO-ION OU POLÍMERO DE LÍTIO; H.3) VIDA ÚTIL: PELO MENOS 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) CICLOS DE CARGA/DESCARGA COM CAPACIDADE DE CARGA IGUAL A 80% DA ORIGINAL AO FINAL DESTES TEMPO; H.4) CAPACIDADE MÍNIMA DA BATERIA: 6000 MA/H (SEIS MIL MILIAMPERES HORA); H.5) TEMPO DE RECARGA: MÁXIMO DE 04 (QUATRO) HORAS. PERMITIR QUE O TABLET SEJA UTILIZADO ENQUANTO A BATERIA ESTIVER CARREGANDO; H.6) POSSUIR PELOS MENOS OS SEGUINTE MECANISMOS DE SEGURANÇA: I) CIRCUITO PARA INTERROMPER A CONEXÃO DA BATERIA EM CASOS DE SOBRECORRENTE E SOBRECARGA; II) COM CARREGADOR CONECTADO À ENERGIA, O TABLET DEVE PODER SER DEIXADO CONECTADO AO CARREGADOR, MESMO APÓS A CARGA TOTAL DA BATERIA, SEM RISCOS DE SOBREAQUECIMENTO OU DE ACIDENTES DECORRENTES DE SOBRECARGA.I) GABINETE.I.1) O GABINETE NÃO PODERÁ APRESENTAR SALIÊNCIAS, PONTAS OU ESTRUTURAS EXTERNAS PERFURANTES OU CORTANTES; I.2) DEVE POSSUIR TECLAS PARA CONTROLE DE VOLUME DO SOM; I.3) PESO MÁXIMO COM BATERIA DE 760G (SETECENTOS E SESSENTA GRAMAS). I.4) DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA E POEIRA DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO IP52;J) FUNCIONALIDADES.J.1) POSSUIR ACELERÔMETRO; J.2) FUNCIONAR COMO "USB MASS STORAGE"; J.3) SENSOR DE LUZ AMBIENTE COM CAPACIDADE PARA AJUSTE AUTOMÁTICO DO BRILHO DA TELA; J.4) PERMITIR A MUDANÇA DA ORIENTAÇÃO DA TELA E O BLOQUEIO DA POSIÇÃO; J.5) RECURSOS DE VÍDEO: I) GRAVAÇÃO COM RESOLUÇÃO DE PELO MENOS 640X480. ESTA EXIGÊNCIA SOMENTE SE APLICA À CÂMERA TRASEIRA; II) FORMATOS MÍNIMOS DE REPRODUÇÃO: H.263, H.264 E MPEG-4K) SISTEMA OPERACIONAL.K.1) SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID 7.0 PORTUGUÊS OU VERSÃO SUPERIOR EM PORTUGUÊS; K.2) SUPORTE A CONFIGURAÇÃO DE PROXY PARA REDE WIFI. ESTE SUPORTE DEVE SER INTEGRADO À APLICAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE REDE SEM FIO E SEM A NECESSIDADE DE APLICATIVOS OU SOFTWARES EXTRAS; K.3) APLICAÇÕES: AGENDA, CALENDÁRIO, RELÓGIO COM HORÁRIO MUNDIAL, ALARME, CALCULADORA, CRONÔMETRO; K.4) PERMITIR A DECODIFICAÇÃO DOS SEGUINTE FORMATOS DE ARQUIVOS: I) MP3; II) 3GP (AMR, AAC, H263, H264 E MPEG4); III) MP4 (AAC E H264); IV) OGG (VORBIS ÁUDIO); V) WAV (PCM).L) SEGURANÇAL.1) PERMITIR A IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO ANTI-ROBO, SEM CUSTOS ADICIONAIS; L.2) USAR TECNOLOGIA TPM (TRUSTED PLATFORM MODULE); L.3) PERMITIR A IMPLEMENTAÇÃO ANTI-MALWARE SEM CUSTOS ADICIONAIS;</p> | | | | |
| 12 | <p>IMPRESSORA LASER - Especificação: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER ELETROFOTOGRAFICO - CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL: 50 FOLHAS - VELOCIDADE MAXIMA EM PRETO (PPM): 21 PPM -</p> | 26 | UND | 759,17 | 19.738,42 |

José Eugênio de Lima
 Presidente da Comissão
 Permanente de Licitação
 CPF 52.023.553-03
 QUIXERÉ - CE



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÊ – ADM "QUERO MAIS QUIXERÊ"



| | | | | | |
|----|---|----|-----|----------|-----------|
| | RESOLUÇÃO (MÁXIMA) EM DPI: ATÉ 2400 X 600 DPI - DUPLEX: MANUAL - CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL: 150 FOLHAS - SUPRIMENTOS: CARTUCHO DE TONER PRETO COM RENDIMENTO APROXIMADO DE 1.000 PÁGINAS - MEMÓRIA PADRÃO: 1 MB - VOLTAGEM: 110-220V - PROCESSADOR: 200 MHZ - TIPOS DE PAPEL: PAPEL NORMAL, FINO E RECICLADO - TAMANHOS DO PAPEL: A4, A5, CARTA E OFÍCIO - SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: WINDOWS 7/8/10 - CONTEÚDO: 01 IMPRESSORA LASER, 02 TONERS PRETO, 01 CD DE INSTALAÇÃO, 01 CABO DE FORÇA, 01 CABO USB PARA IMPRESSORA AM/BM 2 METROS." | | | | |
| 13 | ROTEADOR DUAL BAND - Especificação: ROTEADOR DUAL BAND AC 450MBPS(2.4GHZ); 867MBPS (5GHZ)ESPECIFICAÇÕES: - PADRÕES WIRELESS: IEEE 802.11AC/N/A 5GHZ; IEEE 802.11B/G/N 2.4GHZ - VELOCIDADES WIRELESS: 450MBPS(2.4GHZ); 867MBPS(5GHZ) - FREQUÊNCIA: REDE PARA CONVIDADOS 2.4GHZ REDE PARA CONVIDADOS 5GHZ - POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO: MÁX DE 13.5DBM (2.4GHZ) MÁX. 17DBM (5GHZ) - MODOS WIRELESS: ROTEADOR WIRELESS WDS(FOUR ADDRESS) WDS(AP+APC) - SEGURANÇA WIRELESS: WEP WPA/WPA2 WPA-PSK/WPA2-PSK." | 7 | UND | 178,07 | 1.246,49 |
| 14 | ACCESS POINT (AP) WIRELESS 300MBPS - Especificação: INTERFACE: 1 PORTA FAST ETHERNET (RJ-45)(COMPATÍVEL COM POE PASSIVO) - BOTÕES: RESET - FONTE DE ALIMENTAÇÃO: SUPRIMENTO DE ENERGIA POE 24VDC / 1ª - PADRÕES WIRELESS: IEEE802.11AC, IEEE 802.11N, IEEE 802.11G, IEEE 802.11B - MONTAGEM: MONTÁVEL EM TETO/PAREDE (KIT DE MONTAGEM INCLUÍDO) - FREQUÊNCIA: 2.4-2.4835GHZ - TAXA DE SINAL 11N: - ATÉ 300MBPS (DINÂMICO) - 11G: ATÉ 54MBPS(DINÂMICO) - 11B: ATÉ 11MBPS(DINÂMICO) - SSIDS MÚLTIPLOS (ATÉ 8 SSIDS) - ATRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE CANAL - SUPORTE AO 802.1X - 64/128/152-BIT WEP / WPA / WPA2-ENTERPRISE,WPA-PSK / WPA2-PSK". | 3 | UND | 238,62 | 715,86 |
| 15 | HD EXTERNO PORTÁTIL USB 3.0 1TB - Especificação: CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1TB - CACHÊ: 64 MB - CONEXÕES: USB 3.0 - TAXA MÁXIMA DE TRANSFERÊNCIA: ATÉ 4,8 GBPS - COMPATIBILIDADE COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP SP3, WINDOWS 7, WINDOWS8 OU SUPERIOR. " | 2 | UND | 421,93 | 843,86 |
| 16 | CPU PROCESSADOR INTEL CORE I5 - Especificação: PROCESSADOR: - INTEL CORE I5-8400 - CLOCK NATIVO: 2.80 GHZ - MAX TURBO FREQUENCY: 4.0 GHZ - NÚCLEOS: 6 - CACHE 9 MBMEMÓRIA: - 8GB (2X4GB) - TIPO: DDR4 2666MHZARMAZENAMENTO: - TIPO: HDD - CAPACIDADE: 1TB (2X500GB) - VELOCIDADE: 7200RPM - INTERFACE: 3.5" - SATA PLACA-MÃE: - CHIPSET COM SUPORTE A RAIDCONECTIVIDADE: - REDE: GIGABIT ETHERNET 10/100/1000MBPS, RJ45FONTE: - POTÊNCIA: 350W - VOLTAGEM: BIVOLT SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PROFESSIONAL (64 BITS). | 5 | UND | 2.149,97 | 10.749,85 |
| 17 | MONITOR 18.5' LED | 15 | UND | 439,97 | 6.599,55 |
| 18 | CPU - PROCESSADOR INTEL CORE I3-8100- CLOCK - Especificação: NATIVO: 3.60GHZ - NUCLEOS: 4(QUAD CORE), MEMÓRIA: CAPACIDADE:8GB (2X4GB) - TIPO: DDR4 ARMAZENAMENTO: TIPO: HDD, CAPACIDADE: 500GB - VELOCIDADE 7200RPM INTERFACE: 3.5" FONTE DE ALIMENTAÇÃO, POTENCIA: 200W OU SUPERIOR - VOLTAGE: BIVOLT, CONECTIVIDADE: REDE: GIGABIT ETHERNET - WIRELESS PCI EXPRESS, BANDA DUPLA N300 300MBPS SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 (64 BISTS). | 10 | UND | 1.448,86 | 14.488,60 |
| 19 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JT TANQUE - Especificação: IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER/WIRELESS: SISTEMA TANQUE DE TINTA/SEM CARTUCHO;COM VISOR TOUCH SCREEN PARA SELECIONAR DIVERSAS FUNÇÕES. IMPRIME FRENTE E VERSO | 3 | UND | 2.629,66 | 7.888,98 |



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM "QUERO MAIS QUIXERÉ"



| | | | | | |
|---------------------|--|----|-----|----------|-------------------|
| | AUTOMÁTICO; POSSUI DUAS BANDEJAS DE ALIMENTAÇÃO DE PAPEL; CAPACIDADE PARA ATÉ 500 FOLHAS. | | | | |
| 20 | NOTEBOOK PROCESSADOR TIPO I3, 4GB RAM, 500GB HD, 14" - Especificação: GERAÇÃO 5 OU SUPERIOR. | 1 | UND | 2.629,00 | 2.629,00 |
| 21 | LEITOR DE CODIGO DE BARRAS - Especificação: (LASER MANUAL + SUPORTE) - DIMENSÕES: 15,2CM A X 6,3CM P X 8,4CM; PESO: 146G SEM O CABO; TENSÃO: 5 VOLTS; TIPO DE LEITOR: BIDIRECIONAL; CAPACIDADE DE DECODIFICAÇÃO: UPC/EAN, CÓDIGO 39 ASCII COMPLETO, CODIGO 39 TRIOPTIC, CODIGO 93, CODABAR, INTERCALADO 2 DE 5, CODIGO 128, EAN128, DISCRETO 2 DE 5, MSI PLESSEY, CODE 11, IATA, RSS. | 1 | UND | 194,62 | 194,62 |
| 22 | CPU PROCESSADOR INTEL CORE I5 - Especificação: PROCESSADOR: - INTEL CORE I5-8400 - CLOCK NATIVO: 2.80 GHZ - MAX TURBO FREQUENCY: 4.0 GHZ - NÚCLEOS: 6 - CACHE 9 MB MEMÓRIA: - 8GB (2X4GB) - TIPO: DDR4 2666MHZ ARMAZENAMENTO: - TIPO: HDD - CAPACIDADE: 1TB (2X500GB) - VELOCIDADE: 7200RPM - INTERFACE: 3.5" - SATA PLACA-MÃE: - CHIPSET COM SUPORTE A RAID CONECTIVIDADE: - REDE: GIGABIT ETHERNET 10/100/1000MBPS, RJ45 FONTE: - POTÊNCIA: 350W - VOLTAGEM: BIVOLT SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PROFESSIONAL (64 BITS). | 9 | UND | 2.149,97 | 19.349,73 |
| 23 | MONITOR 19' LED | 10 | UND | 488,33 | 4.883,30 |
| 24 | CPU - PROCESSADOR INTEL CORE I3-8100- CLOCK - Especificação: NATIVO: 3.60GHZ - NÚCLEOS: 4(QUAD CORE), MEMÓRIA: CAPACIDADE: 8GB (2X4GB) - TIPO: DDR4 ARMAZENAMENTO: TIPO: HDD, CAPACIDADE: 500GB - VELOCIDADE 7200RPM INTERFACE: 3.5" FONTE DE ALIMENTAÇÃO, POTENCIA: 200W OU SUPERIOR - VOLTAGE: BIVOLT, CONECTIVIDADE: REDE: GIGABIT ETHERNET - WIRELESS PCI EXPRESS, BANDA DUPLA N300 300MBPS SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 (64 BISTS). | 1 | UND | 1.448,86 | 1.448,86 |
| VALOR GLOBAL | | | | | 163.838,75 |

| LOTE 04 - MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|-----|----------|-----------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNI | VR. UNIT | VR. TOTAL |
| 25 | MESA PARA COPA C/ 08 CADEIRAS EM AÇO E MÁRMORE. | 1 | UND | 1.163,59 | 1.163,59 |
| 26 | ARMÁRIO PARA COZINHA EM AÇO 5 PORTAS E 3 GAVETAS. | 1 | UND | 582,47 | 582,47 |
| 27 | MESA DE CABECEIRA COM RODÍZIOS 2 GAVETAS - Especificação: MATERIAL MDP BP 15MM; ACABAMENTO DE BORDAS MELAMÍNICA; GAVETAS COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS; DIMENSÕES: (ALTURA) 67CM X (LARGURA) 41CM X (PROFUNDIDADE) 35CM. | 12 | UND | 207,87 | 2.494,44 |
| 28 | POLTRONA RECLINÁVEL PARA ACOMPANHANTE. Especificação: POLTRONA RECLINÁVEL PARA ACOMPANHANTE. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO DE Ø1" E Ø7/8" X 1,20MM, COM ASSENTO, ENCOSTO E APOIO PARA OS PÉS ESTOFADO COM ESPUMA REVESTIDA EM COURVIM; PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS, PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO EXTRA RÁPIDO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,94 X 0,79 X 0,51 (C X L X A). CAPACIDADE: 120 KG. | 15 | UND | 1.010,62 | 15.159,30 |
| 29 | POLTRONA RECLINÁVEL PARA SOROTERAPIA E COLETA - Especificação: POLTRONA RECLINÁVEL PARA SOROTERAPIA E COLETA. COM MOVIMENTOS SIMULTÂNEOS, EM ATÉ 4 POSIÇÕES RECLINÁVEL, COM MOVIMENTO RECLINÁVEL SIMULTÂNEOS MODELO PARA COLETA DE SANGUE E MEDICAÇÕES, MOVIMENTOS ACIONADOS POR MANIVELA LATERAL. SUPORTE PARA BRAÇO EM CONCHA DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO 1 X 1,50 MM, RECLINÁVEL 4 POSIÇÕES. ACOMPANHA 01 CONCHA PARA BRAÇO QUE PODE SER COLOCADA EM AMBOS OS LADOS. | 6 | UND | 886,28 | 5.317,68 |

Prefeitura Municipal – Rua Padre Zacarias 332, Centro – CEP 62.920-000 – Fone (88) 3443-1646.
CNPJ 07.807.191/0001-47 – CGF 06.920.172-2

José Euclimar de Lima
Presidente da Comissão
Permanente de Licitação
CPF 152.023.953-63
QUIXERÉ - CE



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



| | | | | | |
|----|--|----|-----|----------|----------|
| 30 | CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COM RODIZIOS. SUPORTA ATÉ 120KG. | 1 | UND | 357,34 | 357,34 |
| 31 | CADEIRA POLTRONA EM PLASTICO BRANCA COM BRAÇOS - Especificação: SUPORTA ATÉ 182KG. FEITA DE POLIPROPILENO; MATERIAL 100% VIRGEM. PRODUTO MONOBLOCO, RESISTENTE E EMPILHAVEL DIMENSÕES CXLXLA: 53X55X80CM. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. | 12 | UND | 53,54 | 642,48 |
| 32 | ARMÁRIO AÉREO(2 PORTAS DE CORRER DE VIDRO) - Especificação: 45CM(ALTURA) X 120CM(LARGURA) X 30CM(PROFUNDIDADE); DUAS PORTAS EM VIDRO MINIBOREAL E QUATRO NICHOS INTERNOS. | 2 | UND | 253,63 | 507,26 |
| 33 | ARMARIO CINZA (2 PORTAS) - Especificação: DIMENSÕES: 1,98 X 1,10 X 0,40 (AxLxP). | 12 | UND | 576,15 | 6.913,80 |
| 34 | ARMÁRIO DE AÇO AÉREO P/COZINHA - 3 PORTAS BRANCO 28X105X55CM (PxLxA) - Especificação: MATERIAL: AÇO. TIPO DE PORTA: BATER. ACABAMENTO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. GARANTIA 12 MESES. | 2 | UND | 217,10 | 434,20 |
| 35 | ARMÁRIO DE AÇO AÉREO P/COZINHA - 2 PORTAS BRANCO 28X70X40CM (PxLxA) - Especificação: MATERIAL: AÇO. TIPO DE PORTA: BATER. ACABAMENTO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. GARANTIA 12 MESES. | 2 | UND | 155,67 | 311,34 |
| 36 | ARMARIO PANELEIRO EM AÇO PARA COZINHA (6 PORTAS) - BRANCO - Especificação: MATERIAL: AÇO. TIPO DE PORTA: BATER. ACABAMENTO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. GARANTIA 12 MESES. | 2 | UND | 365,39 | 730,78 |
| 37 | ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO PARA VESTÁRIO (4 PORTAS) - Especificação: PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO. FECHAMENTO ATRAVÉS DE PITÃO PARA CADEADO. FEITO EM CHAPA 26 0,45MM. COR CINZA. | 3 | UND | 429,39 | 1.288,17 |
| 38 | ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO PARA VESTIÁRIO 08 PORTAS - Especificação: PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO. FECHAMENTO ATRAVÉS DE PITÃO PARA CADEADO. FEITO EM CHAPA 26 0,45MM. COR CINZA. | 3 | UND | 708,14 | 2.124,42 |
| 39 | ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO PARA VESTIARIO 12 PORTAS - Especificação: PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO. FECHAMENTO ATRAVES DE PITÃO PARA CADEADO. FEITO EM CHAPA 26 0,45MM. COR CINZA. | 2 | UND | 743,28 | 1.486,56 |
| 40 | BALCAO EM AÇO PARA COZINHA 3 PORTAS - BRANCO - Especificação: ALTURA(CM) 87 X LARGURA(CM) 120 X PROFUNDIDADE(CM) 50. CARACTERÍSTICAS GERAIS: ESTRUTURA E PORTAS EM CHAPA DE AÇO; PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, EM POLIESTIRENO COM ACABAMENTO LISO E SAPATA PLÁSTICA CROMADA; PUXADORES: EM ABS, ACABAMENTO METALIZADO E PROTEÇÃO DE VERNIZ UV; DOBRADIÇAS: EM AÇO ESTAMPADO. MATERIAL CHAPA DE AÇO; PÉS FIXOS; TIPO GABINETE; TIPO DE PORTA: BATER; COM PIA NÃO; QUANTIDADE DE PORTAS: 3; QUANTIDADE DE GAVETAS: 3; QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 1. ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ BRILHANTE; TAMPO FORMICA; TIPO DE FIXAÇÃO BUCHAS E PARAFUSOS (INCLUSOS). GARANTIA 12 MESES. | 2 | UND | 1.049,90 | 2.099,80 |
| 41 | CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRAÇOS E RODÍZIOS - Especificação: BRAÇOS DIGITADOR COM REGULAGEM; ALTURA REGULADA DE ASSENTO; INCLINAÇÃO DE ENCOSTO. | 4 | UND | 366,67 | 1.466,68 |
| 42 | CADEIRA GIRATORIA TIPO CAIXA ALTA COM BRAÇOS - PRODUÇÃO INDUSTRIAL - Especificação: ESTOFAMENTO EM ESPUMA ANATOMICAMENTE INJETA REVESTIDO EM TECIDO POLIESTER. AJUSTE A GÁS/PNEUMATICO DA ALTURA DO ASSENTO (ALTURA MÍNIMA: 55CM/ ALTURA MÁXIMA: 65CM - DO PISO AO ASSENTO). ARO DE APOIO PARA | 2 | UND | 516,17 | 1.032,34 |

Prefeitura Municipal – Rua Padre Zacarias 332, Centro – CEP 62.920-000 – Fone (88) 3443-1646/
CNPJ 07.807.191/0001-47 – CGF 06.920.172-2

José Eugênio de Lima
Presidente da Comissão
Permanente de Licitação
CPF 52.023.553 EJ
QUIXERÉ CE



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÊ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÊ”



| | | | | | |
|---------------------|--|----|-----|----------|------------------|
| | OS PÉS COM AJUSTE DE ALTURA. BASE 5 HASTES/PATAS SUSTENTADA POR SAPATAS FIXAS. SUPORTA ATÉ 120KG. | | | | |
| 43 | CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES - Especificação: COM CADEIRAS EMBUTIDAS EM UMA UNICA ESTRUTURA; CONFECCIONADA EM TUBO RETANGULAR (METALON) COOM DIMENSÃO DE 50X30X1,20 MM DE ESPESSURA. POSSUI 2 TRAVESSAS DE APOIO NA ÁREA DE SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO, MAIS TUBOS DE SUSTENTAÇÃO DO ENCOSTO COM TUBO OBLONGO 16X30X1,50 (MM) UNIDAS ATRAVÉS DE SOLDA TIPO MIG. TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZAÇÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA, EPOXI A PO. ACABAMENTO POSSUI BOTAS, PONTEIRAS E DEMAIS ACABAMENTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO. ENCOSTO: 455MM (LARGURA) X 275 MM (ALTURA). ASSENTO: 455 MM (LARGURA) X 405 MM (PROFUNDIDADE). GARANTIA ESTRUTURAL CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 12 MESES. PESO: 9,7 KG (2 LUGARES) E 13,45 KG (3 LUGARES). | 16 | UND | 424,01 | 7.632,18 |
| 44 | CADEIRA SECRETARIA FIXA 4 PÉS PRETA ESTOFADA - Especificação: SEM BRAÇO; ESCOSTO E BASE COM ESPUMA INJETADA DE DENSIDADE 45; REVESTIMENTO DE COURO ECOLÓGICO. | 12 | UND | 98,55 | 1.182,60 |
| 45 | CAMA BOX CONJUGADA DE SOLTEIRO - Especificação: COLCHÃO DE ESPUMA; DIMENSÕES: 188X88X51; DENSIDADE D28; PÉS COM RODIZIO. SUPORTA ATÉ 100KG. | 10 | UND | 431,86 | 4.318,60 |
| 46 | ESTANTE DE AÇO CINZA C/05 PRATELEIRAS - Especificação: COM 5 PRATELEIRAS REGULÁVEIS. | 30 | UND | 285,38 | 8.561,40 |
| 47 | MESA AÇO INOX INDUSTRIAL - BANCADA DE APOIO 1,2 M - Especificação: EM AÇO INOXIDÁVEL; DESMONTÁVEL; DUAS PRATELEIRAS REFORÇADAS; PÉS AJUSTAVEIS; TAM:120X60X80 (CM). | 4 | UND | 1.222,70 | 4.890,80 |
| 48 | MESA AÇO INOX INDUSTRIAL - BANCADA DE APOIO 2M - Especificação: EM AÇO INOXIDÁVEL; DESMONTÁVEL; DUAS PRATELEIRAS REFORÇADAS; PÉS AJUSTAVEIS; TAM: 200X70X90 (CM). | 1 | UND | 1.752,03 | 1.752,03 |
| 49 | MESA PARA ESCRITORIO PRETA COM 2 GAVETAS COM CHAVE - Especificação: MADEIRA EM MDP/BP 15MM E PERFIL POSTFORM/ FITA DE BORDO 1MM; 1,20 COMP. X 60CM PROF. X 74CM ALT. | 8 | UND | 261,93 | 2.095,44 |
| VALOR GLOBAL | | | | | 74.545,70 |

| LOTE 05 - APERELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS, MED-ODONT, LAB E HOSPITALAR. | | | | | |
|--|---|-----|-----|----------|-----------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNI | VR. UNIT | VR. TOTAL |
| 50 | MESA AUXILIAR. - Especificação: 02 TAMPOS E 01 BANDEJA PLÁSTICA; MODELO: MESA CARRINHO AUXILIAR TUBULAR C/RODINHAS. MATERIAL: METAL COM PINTURA ELETROSTATICA/PLASTICO. COR BRANCA. DIMENSÕES: 90X48X35CM. | 2 | UND | 188,06 | 376,12 |
| 51 | ULTRASSOM TERAPEUTICO 1 E 3MHZ. DIMENSÕES: 29X37X12CM - PESO: 2,48KG. | 1 | UND | 1.220,40 | 1.220,40 |
| 52 | TENS-FES HTM CLÍNICO 4 CANAIS - Especificação: DIMENSÕES: 30X11X20CM. | 1 | UND | 1.384,00 | 1.384,00 |
| 53 | INFRAVERMELHO - Especificação: BASE:56CMx56CM. ALTURA:MINÍMA 1,13M - MÁXIMA 1,50M. PESO:3,1KG(APROXIMADAMENTE). | 1 | UND | 566,84 | 566,84 |
| 54 | TERMÔMETRO DIGITAL DE TESTA. - Especificação: APRESENTA A TECNOLOGIA TOUCH FREE, BASTANDO APROXIMAR O SENSOR À TESTA PARA OBTER A TEMPERATURA CORPÓREA EM POUCOS SEGUNDOS. POSSUI O SISTEMA COLOR GROW, QUE EMITE CORES NO VISOR PARA ALERTAR SE HÁ OU NÃO ESTADO FEBRIL. AS TEMPERATURAS AFERIDAS SÃO ARMAZENADAS NA MEMÓRIA, PERMITINDO ACOMPANHAMENTO PRECISO DAS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. COM ESTE APARELHO É POSSIVEL MEDIR, ALÉM DA | 9 | UND | 246,97 | 2.222,73 |

Prefeitura Municipal – Rua Padre Zacarias 332, Centro – CEP 62.920-000 – Fone (88) 3443-1646.
CNPJ 07.807.191/0001-47 – CGF 06.920.172-2

José Euclimar de Lima
Presidente da Comissão
Permanente de Licitação
CPF 152.023.363-69
QUIXERÊ - CE



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



| | | | | | |
|----|---|----|-----|-----------|-----------|
| | TEMPERATURA CORPORAL, A TEMPERATURA DE AMBIENTES E SUPERFÍCIES. | | | | |
| 55 | LARINGOSCOPIO CLINICO C/ 6 LÂMINAS CURVAS - Especificação: ACOMPANHA KIT COM 05 ESPÉCULOS AURICULARES REUTILIZÁVEIS/AUTOCLAVEIS 2.5, 3.0, 4.0, 5.0 E 10MM. | 2 | UND | 840,70 | 1.681,40 |
| 56 | NEGATOSCÓPIO DE PAREDE- 1 CORPO. - Especificação: NEGATOSCÓPIO DE PAREDE- 1 CORPO. AÇO PINTADO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CHAVE LIGA/DESLIGA: DUAS POSIÇÕES. BIVOLT AUTOMÁTICO 127V/220V. COR DO CORPO: BRANCO DIMENSÕES: 35 X 7 X 45 CM. ÁREA ILUMINADA: 32 X 38 CM. PESO: 2 KG. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. LÂMPADA: LED DE ALTO BRILHO. | 1 | UND | 427,40 | 427,40 |
| 57 | OXÍMETRO DE PULSO COM KIT CARREGADOR - Especificação: MEDIÇÃO DE SP02; FREQUENCIA DE PULSO. TELA DE ONDA PLETISMOGÁFICA; COMPATÍVEL COM SOFTWARE DE GESTÃO DE DADOS, INDICADOR DE PERFUSÃO, TELA LCD; ALARME AUDIOVISUAL, TABELAS DE TENDÊNCIA. ACESSÓRIOS: 1 SENSOR REUTILIZÁVEL DE SP02 TIPO CLIP ADULTO; 1 BOLSA PARA TRANSPORTE; 1 BASE MESA CARREGADORA BIVOLT AUTOMATICO 100 A 240VAC 50/60HZ; 1 BATERIA INTERNA RECARREGAVEL; 1 MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS. | 1 | UND | 2.734,98 | 2.734,98 |
| 58 | CAMA HOSPITALAR COM 02 MOVIMENTOS (MANUAL) E GRADES LATERAIS - Especificação: CAMA HOSPITALAR COM 02 MOVIMENTOS (MANUAL) E GRADES LATERAIS. MOVIMENTOS: FAWLER/SEMI-FAWLER, FLEXÃO DE PERNAS, DORSO E VASCULAR DIMENSÕES TOTAIS DO LEITO: 90X190 CM. ALTURA DO CHÃO ATÉ O LEITO: 55 CM. GRADES LATERAIS - LARGURA: 123 CM. ALTURA DAS GRADES ATÉ O LEITO : 35,5 CM. CAPACIDADE MÁXIMA: 130 KG. | 10 | UND | 1.901,33 | 19.013,30 |
| 59 | MACA RETRÁTIL PARA AMBULÂNCIA - Especificação: CINTOS DE SEGURANÇA; COLCHONETE; CAPA PARA MACA; SISTEMA DE TRAVAMENTO DE FIXAÇÃO EM ALUMINIO E AÇO CARBONO; DIMENSÕES: LARGURA LASTRO ALÇA ABAIXADA 650 MM; LARGURA LASTRO TOTAL ALÇA ERGUIDA 580 MM. | 1 | UND | 3.226,67 | 3.226,67 |
| 60 | ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMI-UTOMATICO - Especificação: ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMIAUTOMATICO. 90 POSSIBILIDADES DE PROGRAMAÇÃO PARA QUALQUER REAGENTE (SISTEMA ABERTO). FAIXA DE LEITURA: -0,100 A 3,500 ABS. MONOCROMADOR COM 8 FILTROS: 340, 405, 450, 505, 546, 578, 620 E 670 NM. BANDA DE PASSAGEM 10 NM PARA 340 E 06 NM PARA OS DEMAIS FILTROS. LUZ ESPÚRIA: < 0,01%T. LEITURAS MONOCROMÁTICAS E BICROMÁTICAS. COMPARTIMENTO DE AMOSTRAS PARA CUBETAS QUADRADAS OU REDONDAS. FLUXO CONTÍNUO DE 150 µL A 2,0 ML E CUBETAS QUADRADAS E REDONDAS 1ML. CUBETA DE FLUXO METÁLICA DE 32 µL TERMOSTATIZADA PARA 25, 30, 37 ± 0,1 °C. CONTAMINAÇÃO CUBETA: < 1% COM 500 µL (TESTE COM SOLUÇÃO DE DICROMATO DE POTÁSSIO). LEITURAS EM ABSORBÂNCIA, PONTO FINAL, CINÉTICA, TEMPO FIXO, DIFERENCIAL, CINÉTICA MÚLTIPLA. LEITURAS COM PADRÃO, MULTI PADRÃO E FATOR. ESTATÍSTICAS DE CONTROLE DE QUALIDADE COM GRÁFICO DE LEVEY JENNINGS. IMPRESSÃO DOS RESULTADOS COM IMPRESSORA GRÁFICA INCORPORADA. LÂMPADA DE TUNGSTÊNIO DE LONGA DURABILIDADE. CONTROLE COMPLETO DA REAÇÃO CINÉTICA OU COLORIMÉTRICA. ALIMENTAÇÃO: 110, 127, 220, 240 VOLTS 35 VA. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELÃO DE DUPLA PAREDE COM CALÇOS DE POLIURETANO EXPANDIDO. PESO: 11,2 KG. ACOMPANHA DISPOSITIVO PARA LEITURAS EM TIRAS DE 8 CAVIDADES OU PARA 12 .REAGENTE (SISTEMA ABERTO). FAIXA DE LEITURA 0,1 A 3,5 ABS. | 1 | UND | 14.528,00 | 14.528,00 |

Prefeitura Municipal – Rua Padre Zacarias 332, Centro – CEP 62.920-000 – Fone (88) 3443-1646.
 CNPJ 07.807.191/0001-47 – CGF 06.920.172-2

José Euclides de Lima
 Presidente da Comissão
 Permanente de Licitação
 CPF 52.023.953-63
 QUIXERÉ - CE



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM "QUERO MAIS QUIXERÉ"



| | | | | | |
|----|--|---|-----|-----------|-----------|
| 61 | <p>ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO 18 PARÂMETRO. - Especificação: ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO 18 PARÂMETRO. TECNOLOGIA DE IMPEDÂNCIA, FOTOMETRIA. MICRO-AMOSTRAGEM: SOMENTE 10 µL (SANGUE TOTAL). SEM COMPRESSOR (TECNOLOGIA COM MOTOR DE PASSO). ALIMENTAÇÃO: 90/240 V - 50/60 HZ - 230 VA. DIMENSÕES: 42 X 36 X 32(AXLXP) CM. IMPRESSORA MATRICIAL DE PONTOS 80 COLUNAS. DESEMPENHO 60 TESTES/HORA (EM TUBO ABERTO) 55 AMOSTRAS/HORA (TUBO FECHADO). GERENCIAMENTO DE DADOS: SOFTWARE ADAPTADO AO USUÁRIO. TELA 2 LINHAS DE 40 CARACTERES ALFANUMÉRICOS. TECLADO ALFANUMÉRICO.</p> | 1 | UND | 32.426,67 | 32.426,67 |
| 62 | <p>CENTRIFUGA CAPACIDADE 20 TUBOS 13MM X 75MM - Especificação: TAMPA COM NOVO SISTEMA DE ABERTURA E AMORTECEDOR EMBUTIDO. ROTOR EM LIGA DE AÇO ESPECIAL, COM SISTEMA HORIZONTAL DE 4 PORTA-TUBOS. MOTOR SELADO DE ALTA DURABILIDADE. VELOCIDADES AJUSTÁVEIS LINEARMENTE. INDICADOR DIGITAL DE RPM E TEMPO. TECNOLOGIA PWM PARA CONTROLE DE ROTAÇÃO. FUNÇÃO UNBALANCE. FUNÇÃO INTERRUPTÃO COM ABERTURA DA TAMPA. AMORTECEDOR DE TAMPA. GABINETE EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. VOLTAGEM: 220 VOLTS. FORÇA G MÁXIMA: 1.680 G. CURVAS DE ACELERAÇÃO E DESACELERAÇÃO AJUSTADAS DE FÁBRICA.</p> | 1 | UND | 7.493,94 | 7.493,94 |
| 63 | <p>BOMBA DE INFUSÃO COM BIBLIOTECA (EQUIPO UNIVERSAL) PARA USO HOSPITALAR - Especificação: BOMBA DE INFUSÃO UNIVERSAL, PODE SER UTILIZADA TANTO PARA ALIMENTAÇÃO PARENTERAL, QUANTO INFUSÃO DE SORO (ENTERAL) OU MESMO UTILIZADA NA QUIOMIOTERAPIA. UTILIZA EQUIPOS MACRO OU MICRO GOTAS. ALÉM DE EQUIPOS FOTOSSENSÍVEIS. POSSUI BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA DE ATÉ 8 HORAS. FÁCIL ALTERAÇÃO PARA MUDAR ENTRE ML/H OU GOTAS POR MINUTO; TRÊS NÍVEIS DE ALARME E TRÊS NÍVEIS DE PRESSÃO; FUNÇÃO KVO, QUANDO ACABAR A INFUSÃO A BOMBA ENTRA EM MODO AUTOMÁTICO DE KVO; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: VOLUME DE INFUSÃO: DE 1 ML A 9.999ML. TAXA DE INFUSÃO: MODO ML/H - 1 A 1.200 ML/H (INCREMENTO DE 1 ML/H); MODO GOTAS/MIN - 1 A 266 GOTAS/MIN (INCREMENTO DE 1 GOTAS/MIN). TAXAS DE BOLUS/PURGAR: 100 A 1.200 ML/H (INCREMENTO DE 100 ML/H). TAXA DE KVO: 1 A 5 ML/H (INCREMENTO DE 1 ML/H). OCLUSÃO: ALTA (800 MMHG), MÉDIA (500 MMHG), BAIXA (300 MMHG). ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHA O EQUIPAMENTO: 01 CABO DE FORÇA, 01 BATERIA INTERNA, 01 SENSOR DE GOTAS, 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA.</p> | 1 | UND | 11.807,67 | 11.807,67 |
| 64 | <p>CARDIOVERSOR BIFÁSICO CMOS DRAKE. REALIZA AS FUNÇÕES DE DEA E ECG - Especificação: POSSUÍ DISPLAY DE LCD DE CRISTAL LIQUIDO COLORIDO DE ALTA DEFINIÇÃO DE 7" E/OU TOUCH SCREEN. SISTEMA MECÂNICO QUE PERMITE DIVERSOS ÂNGULOS PARA VISUALIZAÇÃO DA TELA. UTILIZA ELETRODOS REUTILIZÁVEIS (PÁS PERMANENTES). PÁS PARA USO ADULTO E INFANTIL EXTERNA INTERCAMBIÁVEIS, ADULTO E INFANTIL INTERNAS, INFANTIL DESCARTÁVEIS PARA MARCAPASSO, DEA, MONITORAÇÃO E DESFIBRILAÇÃO. MODO DEA POSSUI COMANDO DE VOZ E TEXTO NO DISPLAY. SUPORTE PARA PÁS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE FIXAÇÃO ELETROMAGNÉTICO. MODO SINCRONIZADO REALIZA DISPARO SINCRONIZADO COM COMPLEXO QRS, COM TEMPO DE ENTREGA DE ENERGIA <200MS. 100 A 240 VAC - 50/60H. ACOMPANHA PÁS EXTERNAS INTERCAMBIÁVEIS (ADULTO/INFANTIL); CABO DE PACIENTE DE 5 VIAS; CABO DE FORÇA; PACOTE DE ELETRODOS PRECORDIAIS; ANÁLISE DE SEGMENTO ST; CONEXÃO USB - PARA CONEXÃO COM COMPUTADOR PARA TRANSFERIR DADOS DA</p> | 1 | UND | 17.278,33 | 17.278,33 |



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM "QUERO MAIS QUIXERÉ"



| | | | | | |
|----|---|---|-----|-----------|-----------|
| | MEMÓRIA, BATERIA DE LITHIUM RECARREGÁVEL. POSSIBILITA A LEITURA POSTERIOR DO TRAÇADO DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG) DA MEMÓRIA DE EVENTOS POR MEIO DE HARDWARE E/OU SOFTWARES PRÓPRIOS. | | | | |
| 65 | MONITOR MULTIPARÂMETRO - Especificação: VITA 600 BÁSICO (ECG 3/7 DERIV, RESP., SPO2, PNI, TEMP) - PARÂMETROS BÁSICOS: ECG 3/5 VIAS; SPO2; RESPIRAÇÃO; PRESSÃO NÃO INVASIVA; TEMPERATURA; FREQUÊNCIA DE PULSO. CARACTERÍSTICAS GERAIS: COMUNICAÇÃO HL7/HIS; TELA TFT LCD 15" COLORIDA DE ALTA RESOLUÇÃO; INTERFACE AMIGÁVEL COM TECLAS DE ATALHO PARA USO INTUITIVO DO EQUIPAMENTO; VISUALIZAÇÃO DE ATÉ 15 FORMAS DE ONDAS SIMULTÂNEAS; ALTA PRECISÃO E CONFIABILIDADE; GRANDE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS. | 1 | UND | 13.144,95 | 13.144,95 |
| 66 | VENTILADOR MECÂNICO HOSPITALAR PARA INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA - Especificação: DE USO INVASIVO E NÃO INVASIVO, MODOS DE VENTILAÇÃO CPAP, S, S/T, PC. VENTILAÇÃO DE PRESSÃO: IPAP: 4 A 30 CMH2O. EPAP: 4 A 25 CMH2O. CPAP: PRESSÃO MÁXIMA É DE 20 CMH2O. FR:0 A 30 IPM. OXIGÊNIO SUPLEMENTAR: FLUXO BAIXO: CIRCUITO DO PACIENTE - ATÉ 30 IPM/ENTRADA DO DISPOSITIVO - ATÉ 60 IPM. ACIONADO AUTO-TRAK. TEMPO DE INSPIRAÇÃO: 0,5 A 3,0 SEGUNDOS. TEMPO DE SUBIDA FIXO EM 300 MS. OXIMETRIA DE PULSO. SOM, 30 DBA A 10 CMH2O. NÃO HÁ NECESSIDADE DE FONTE DE GÁS (AR OXIGÊNIO). ITENS INCLUSOS: 01 VENTILADOR, FONTE DE ENERGIA ININTERRUPTA, CONECTOR DE ENTRADA DE O2, 01 MÓDULO DE SPO2, 01 SENSOR DE SPO2. | 1 | UND | 40.853,67 | 40.853,67 |
| 67 | ASPIRADOR CIRÚRGICO DE SANGUE - Especificação: PORTÁTIL, PROJETADO PARA USO HOSPITALAR, PODENDO SER USADO EM PEQUENAS E MÉDIAS CIRURGIAS. BIVOLT, AUTOMÁTICO, FUNCIONA COM MOTOR ELÉTRICO SUPER POTENTE COM 2 PISTÕES E CABEÇOTE DUPLO. POSSUI VACUÔMETRO E UM REGULADOR DE VÁCUO, 1 FRASCO COLETOR DE POLICARBONATO AUTOCLAVÁVEL COM CAPACIDADE DE 3 LITROS, E TAMPA COM VÁLVULA DE SEGURANÇA CONTRA TRANSBORDAMENTO. POSSUI SUPORTE SOBRE RODAS COM TRAVAS. 01 - BOMBA VÁCUO COM ALÇA PARA TRANSPORTE. 01 - FRASCO COLETOR DE 3 LITROS (AUTOCLAVÁVEL). 01 - TAMPA DE PLÁSTICO COM VÁLVULAS DE SEGURANÇA. 01 - FILTRO BACTERICIDA. - 01 - MANGUEIRA DE SILICONE (PACIENTE) 2 METROS. - 01 CARRINHO DE SUPORTE. PROCEDÊNCIA NACIONAL CERTIFICADO PELO INMETRO. | 1 | UND | 2.683,02 | 2.683,02 |
| 68 | ELETROCARDÍOGRAFO PORTÁTIL - Especificação: EQUIPAMENTO DE 12 CANAIS QUE VERIFICA E GRAVA O ELETROCARDIOGRAMA DO PACIENTE. FORNECE AOS USUÁRIOS O REGISTRO DE ECGs DO PACIENTE, OS PARÂMETROS DE MEDIDA PARA DIAGNÓSTICO E AUTO-ANÁLISE. A INFORMAÇÃO DO PACIENTE E A IDENTIFICAÇÃO DO USUARIO SÃO IMPRESSAS COM O ECG NO RELATÓRIO DE SAÍDA E É EFICAZ PARA O CONTROLE DO HOSPITAL. OS ECGs PODEM SER VERIFICADOS E GRAVADOS, ASSIM COMO IMPRESSO EM UM RELATÓRIO TAMANHO A4 APÓS APLICAR FILTROS, CALCULAR OS PARÂMETROS DE MEDIDA E AUTO-ANÁLISE. ALÉM DA ALIMENTAÇÃO AC, O EQUIPAMENTO PODE SER OPERADO CONTINUAMENTE COM UMA BATERIA RECARREGÁVEL INTERNA. | 1 | UND | 7.579,96 | 7.579,96 |
| 69 | NEBULIZADOR/INALADOR COM 4 SAÍDAS COM PEDESTAL - Especificação: COMPRESSOR: TIPO PISTÃO AUTO LUBRIFICADO. LUBRIFICAÇÃO: ISENTA DE ÓLEO. VAZÃO LIVRE:28 LITROS/MIN. COMPACTO MONOFÁSICO. PRESSÃO MÁXIMA: 40PSI. TENSÃO 110/220V (BIVOLT AUTOMATICO). ACOMPANHAMENTO 4 KITS DE NEBULIZAÇÃO COMPLETOS CONTENDO 01 COPINHO, 01 | 2 | UND | 1.960,68 | 3.921,36 |



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM "QUERO MAIS QUIXERÉ"



| | | | | | |
|----|---|----|-----|----------|----------|
| | MANGUEIRA, 01 MASCARA ADULTA, 01 MASCARA INFANTIL, 01 SUPORTE PARA K KITS DE BEBULIZAÇÃO COM COPO DOSADOR (NÃO DERRAMA O MEDICAMENTO) 01 ALÇA PARA TRANSPORTE. | | | | |
| 70 | REFLETOR AUXILIAR PARA AUXÍLIO DE ILUMINAÇÃO EM EXAMES CLÍNICOS. - Especificação: REFLETOR AUXILIAR PARA AUXÍLIO DE ILUMINAÇÃO EM EXAMES CLÍNICOS. BASE EM TRIPÉ DE FERRO FUNDIDO FIXO COM TUBO INFERIOR DE 22,22 MM. ESTRUTURA ESMALTADA COM TUBO SUPERIOR FLEXÍVEL CROMADO COM 20 CM. SPOT EM FORMATO QUADRADO ESMALTADO. REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE MANDRIL DE PVC PRETO, MÍNIMA DE 115 CM E MÁXIMA DE 155 CM. FIO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT COM 200 CM DE COMPRIMENTO E INTERRUPTOR LIGADESLIGA. | 1 | UND | 329,86 | 329,86 |
| 71 | SUPORTE PARA SORO ARTICULÁVEL DE PAREDE 4 BOLSAS - Especificação: ARTICULÁVEL EM 180% NA HORIZONTAL, POSSUINDO TUBO EM INOX, GANCHO DE SUPORTE DE FIXAÇÃO NA PAREDE COM FORMATO DE "U" EM INOX E REDUTOR DE MOVIMENTAÇÃO. | 26 | UND | 146,12 | 3.799,12 |
| 72 | OTÓSCOPIO CLÍNICO. - Especificação: ACOMPANHA KIT COM 05 ESPÉCULOS AURICULARES REUTILIZÁVEIS/AUTOCLAVÁVEIS 2,5, 3,0, 4,0 5,0 E 10MM. | 1 | UND | 263,03 | 263,03 |
| 73 | CADEIRA DE RODAS. PNEU MACIÇO. - Especificação: CADEIRA DE RODAS. PNEU MACIÇO. AÇO COM PINTURA EPOXY. DOBRÁVEL EM X. APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL APOIO PARA PÉS FIXO. INDICADA PARA USUÁRIOS ATÉ 90KG. LARGURA DO ASSENTO 42 CM. | 2 | UND | 462,97 | 925,94 |
| 74 | CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA COM PORTAS PARA LAVANDERIA HOSPITALAR - Especificação: ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO; DUAS PORTAS NA LATERAL; CHASSI COM PROTEÇÃO DE BORRACHA EM TODA A VOLTA; PÉS COM RODÍZIOS DE 4" EM POLIPROPILENO, COM SISTEMA DE FREIOS EM DIAGONAL; ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO. | 1 | UND | 4.604,41 | 4.604,41 |
| 75 | CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA SIMPLES COM TAMPA - Especificação: ESTRUTURA INOX, COM SACO EM TELA EMPLASTIFICADA E TAMPA ACIONADA COM PEDAL, 04 RODAS COM BATENTES. DIÂMETRO 570 X 520 X 870MM. | 1 | UND | 2.328,97 | 2.328,97 |
| 76 | CARRINHO DE EMERGENCIA COM 4 GAVETAS. - Especificação: POSSUI MESA SUPERIOR EM AÇO INOX, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, SUPORTE PARA SORO, SUPORTE PARA CARDIOVERSOR OU DESFIBRILADOR, TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA E TOMADA ELÉTRICA. CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPÓXI, ESTRUTURA REFORÇADA, 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO 02 COM FREIOS, COM 4 GAVETAS SENDO A 1º COM 20 DIVISÓRIAS E AS OUTRAS TRÊS, PARA USO GERAL. MESA SUPERIOR EM AÇO INOX PARA PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTOS. POSSUI TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAR UM ATENDIMENTO COM QUALIDADE, SEGURANÇA E RAPIDEZ. | 1 | UND | 1.682,01 | 1.682,01 |
| 77 | CADEIRA DE RODAS PARA BANHO COM ASSENTO SANITÁRIO REMOVÍVEL. - Especificação: CADEIRA DE RODAS PARA BANHO COM ASSENTO SANITÁRIO REMOVÍVEL; APOIO PARA OS BRAÇOS E PÉS ESCAMOTEÁVEIS; FREIOS BILATERAL; RODAS TRASEIRAS ARO 06 GIRATÓRIAS COM PNEUS MACIÇOS, RODAS DIANTEIRAS ARO 06 COM PNEUS MACIÇOS POSICIONADAS NA PARTE INTERNA DA CADEIRA; ENCOSTO EM NYLON; CADEIRA DE BANHO CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO. | 2 | UND | 485,10 | 970,20 |
| 78 | CARRO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO 10LITROS. | 1 | UND | 252,97 | 252,97 |
| 79 | CARRINHO COLETOR DE LIXO DE 120L - Especificação: SEM PEDAL, COM RODINHAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), COM MEDIDAS DE 1060MM (ALTURA X 570MM (LARGURA) X 720MM (PROFUNDIDADE), NA COR BRANCA, CINZA E VERDE. | 3 | UND | 224,94 | 674,82 |

Prefeitura Municipal – Rua Padre Zacarias 332, Centro – CEP 62.920-000 – Fone (88) 3443-1846.

CNPJ 07.807.191/0001-47 – CGF 06.920.172-2

José Eurimar de Lima
Presidente da Comissão
Permanente de Licitação
CPF 752.029.953-63
QUIXERÉ - CE



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÉ”



| | | | | | |
|----|--|---|-----|----------|----------|
| 80 | CONTENTOR DE LIXO 240 LITROS - Especificação: CONTETORES DE PLÁSTICO PRODUZIDOS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) INJETADO COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV (PARA ASSEGURAR SUA DURABILIDADE PROLONGADA, APESAR DA ELEVADA EXPOSIÇÃO À LUZ SOLAR). PRODUTO LEVE, DURÁVEL E FÁCIL DE MANUSEAR E TRANSPORTAR. MAIS SUSTENTÁVEL PARA O MEIO AMBIENTE; POSSUI 2 RODAS COM BORRACHA MACIÇA, COM TRAVAMENTO ANTIFURTO, FACILITANDO O MANUSEIO. ESSAS RODAS COM MAIOR PROFUNDIDADE DE ABSORÇÃO GARANTEM A SEGURANÇA IDEAL PARA O LEVANTAMENTO DE ALTA ESTABILIDADE E DURABILIDADE POR MEIO DE EIXOS DE AÇO TEMPERADOS E GALVANIZADOS. ALÇAS PROJETADAS PARA OTIMIZAR O MANUSEIO EFICIENTE E A ERGONOMIA. REDUZAM DE RUÍDO PARA TAMPA. RESISTENCIA 3X MAIOR QUE OUTROS COLETORES DO MERCADO. EM DIFERENTES CORES, A FIM DE FACILITAR O PROCESSO DE COLETA SELETIVA, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONAMA. SEU MATERIAL, PEAD, É SUSTENTÁVEL, POSSUI LONGA DURABILIDADE, PODE SER RECICLADO E É RESISTENTE A QUÍMICA. PESO MÁXIMO PERMITIDO: 110KG; PESO: 11KG ALTURA: 1003MM/ LARGURA: 580MM/ PROFUNDIDADE:738MM. COR: AZUL, VERMELHO, AMARELO, BRANCO E VERDE. | 5 | UND | 282,09 | 1.410,45 |
| 81 | CARRO CURATIVO COM BALDE E BACIA - Especificação: CONSTRUÍDO COM ARMAÇÃO TUBULAR, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA, PÉS, VARANDAS E SUPORTE PARA BALDE E BACIA, PÉS COM RODÍZIOS DE 03 POLEGADAS. ACOMPANHA 01 BALDE EM ALUMÍNIO POLIDO E 01 BACIA INOXIDÁVEL. | 1 | UND | 547,05 | 547,05 |
| 82 | CARRO MACA LEITO - Especificação: CARRO MACA LEITO ESTOFADO COM GRADES, LEITO FIXO, ESTOFADO, COMPENSADO DE 15MM, COM COM ESPUMA REVESTIDO EM COURVIM. CABECEIRA MÓVEL. GRADES LATERAIS EM TUDO DE AÇO INOX DE 1" X 1,25 MM. PÁRA-CHOQUE DE BORRACHA. SUPORTE PARA SORO EM INOX RODÍZIOS DE 5" SENDO DOIS COM FREIOS EM DIAGONAIS. ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI. | 1 | UND | 1.247,99 | 1.247,99 |
| 83 | COMPRESSOR DE AR 45 L - Especificação: COMPRESSOR DE AR 45 L. ISENTO DE ÓLEO. 220 V. Frequência do motor: 60 Hz. * Fluxo de ar (vazão efetiva): 188 l/min. (6,6 pc/min.) * Capacidade do reservatório: 45 litros. * Potência (motor): 1,13 CV (840W). * Consumo de energia: 0,75 KW/hora. * Velocidade de rotação do motor: 1750 r.p.m. * Número de pólos do motor: 4 pólos. * Número de pistões (cabecotes): 2 pistões. | 1 | UND | 4.406,58 | 4.406,58 |
| 84 | MESA DE MAYO ESTRUTURA EM FERRO SOBRE RODIZIO COM BANDEJA INOX | 2 | UND | 475,86 | 951,72 |
| 85 | HEMATOCOLORAÇÃO - Especificação: FASE MANUAL DE COLORAÇÃO DE LÂMINAS. HEMATO 3 COLORAÇÃO COM 3 CUBAS 1 BERÇO. SISTEMA SIMPLES MANUAL PARA COLORAÇÃO HEMATOLÓGICA EM LÂMINA EM FASE OU BATERIA DE COLORAÇÃO. UTILIZADO PARA REALIZAR COLORAÇÃO DE LÂMINAS NO SENTIDO VERTICAL. LEVE, FÁCIL DE CARREGAR E LAVAR. RESISTE A SOLVENTES E ÁCIDOS. CUBA COM CAPACIDADE PARA 250 ML, TAMPA VEDANTE. BERÇO PARA USO DE LÂMINAS NA VERTICAL. MODERNO, SIMPLES, ATRAENTE E FUNCIONAL. ESPAÇO E QUANTIDADE DE REAGENTES. CUBA COM TAMPA VEDANTE. PODE SER UTILIZADO EM ALTA TEMPERATURA. DIM. 70 X 12 X 12 CM. | 1 | UND | 876,67 | 876,67 |
| 86 | MICROSCÓPIO BINOCULAR COM ILUMINAÇÃO DE LED. - Especificação: MICROSCÓPIO BINOCULAR COM ILUMINAÇÃO DE LED. OBJETIVAS PLANAS ACROMÁTICAS DE 4,10,40 E 100X. OCULAR 10X CAMPO DE 20MM.BIVOLT AUTOMÁTICO. | 1 | UND | 2.286,67 | 2.286,67 |



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÊ – ADM "QUERO MAIS QUIXERÊ"



| | | | | | |
|----|--|---|-----|----------|----------|
| 87 | AGITADOR DE KLINE - Especificação: ROTAÇÃO VARIÁVEL CONTROLADA POR TIMER DE 0 A 60 MINUTOS. PARA TESTES DE FLOCULAÇÃO COMO VDRL, WESTER BLOT, EXAMES DE ELISA EM GERAL. CONTROLE DE VELOCIDADE DE 5 A 180 RPM. DIMENSÕES: ALTURA 160 MM X LARGURA 285MM X COMPRIMENTO 285MM. CAIXA DE CHAPA DE AÇO. TENSÃO/FREQUENCIA: 220 VOLTS - 50/60HZ. | 1 | UND | 2.080,93 | 2.080,93 |
| 88 | AGITADOR DE TUBOS - Especificação: IDEAL PARA HOMOGENEIZAÇÃO DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS CONTIDAS EM MICROTUBOS, TUBOS OU FRASCOS. GABINETE EM PLÁSTICO ABS, ALTAMENTE RESISTENTE. BASE EM FERRO FUNDIDO, COM PÉS DE BORRACHA PARA FIXAÇÃO NA BANCADA DO LABORATÓRIO. MÓDULO DE OPERAÇÃO CONTÍNUA OU ATRAVÉS DE PULSO. VELOCIDADE FIXA DE 2.800 RPM. VOLTAGEM: 110/220VOLTS - CONSUMO: 40 W. | 1 | UND | 1.098,39 | 1.098,39 |
| 89 | BANHO MARIA DIGITAL - Especificação: 72 TUBOS DE 13MM - RESISTÊNCIA DE 500W - CONTROLE DE TEMPERATURA DE 20 A 60° C. | 1 | UND | 1.525,51 | 1.525,51 |
| 90 | BICO DE BUNSEN COM REGISTRO 12CM. | 1 | UND | 75,06 | 75,06 |
| 91 | CADEIRA DE COLETA LUXO PARA COLETA DE SANGUE EM GERAL - Especificação: IDEAL PARA LABORATÓRIO, BANCO DE SANGUE, FARMÁCIAS, E HOSPITAIS. COM ASSENTO ESTOFADO EM TECIDO OU COURVIN. COM APOIO DE BRAÇO TOTALMENTE REGULÁVEL. DIMENSÕES: ALTURA 1,00 X LARGURA 0,69 X COMPRIMENTO 0,56. | 1 | UND | 802,92 | 802,92 |
| 92 | CONTADOR DE CÉLULAS 12 TECLAS | 1 | UND | 635,05 | 635,05 |
| 93 | BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO OU COLETA DE SANGUE. - Especificação: BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO OU COLETA DE SANGUE COM ALTURA REGULÁVEL, HASTE E APOIO DE AÇO INOX. | 4 | UND | 115,24 | 460,96 |
| 94 | SELADORA DE MESA MANUAL. - Especificação: SELADORA DE MESA MANUAL. CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO, AUMENTANDO A DURABILIDADE DO PRODUTO. SISTEMA PARA AQUECIMENTO COM RESISTÊNCIA BLINDADA. PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. ÁREA PARA SELAGEM: 31CM. LARGURA PARA SELAGEM: 10MM. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO (VOLTAGEM): BIVOLT (110/200 V) AUTOMÁTICO. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. POTÊNCIA MÁXIMA: 100 W. TEMPERATURA: ATÉ 200°C. I. | 1 | UND | 245,97 | 245,97 |
| 95 | CUBA ULTRASSÔNICA PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MEDICO-HOSPITALARES. - Especificação: CUBA ULTRASSÔNICA PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MEDICO-HOSPITALARES. POSSUI DISPLAY DIGITAL COM 5 CICLOS DE LIMPEZA PRÉ-PROGRAMADOS (90SEG, 180SEG, 280SEG, 380SEG E 480SEG). * SISTEMA DE AQUECIMENTO DO LÍQUIDO ATÉ 65°. * FREQUÊNCIA ULTRASSÔNICA DE 42.000HZ. * CUBA DE INOX COM CAPACIDADE DE 2,6 LITROS. * PESO LÍQUIDO: 2,50 KG. * PESO BRUTO: 3,00 KG. * VOLUME TOTAL DO TANQUE: 2,6 L. * VOLTAGEM: 220V. * FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. * POTÊNCIA DE ENTRADA: 170W (220V). * TEMPORIZADOR PRÉ-PROGRAMADO: 90S-180S-280S-380S-480S. * TEMPERATURA MÁXIMA DE AQUECIMENTO DA ÁGUA: 65°C. * TEMPERATURA AMBIENTE DE TRABALHO: 15°C A 40°C. * CONSUMO DE ÁGUA: 0,30L/MIN. | 1 | UND | 839,00 | 839,00 |
| 96 | AUTOCLAVE ANALÓGICA 40L - Especificação: AUTOCLAVE ANALÓGICA 40L. CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; - PAINEL ANALÓGICO EM TECLADO DE MEMBRANA E CONTROLE TERMODINÂMICO DE TEMPERATURA E PRESSÃO AUTOMÁTICO, COM ACOMPANHAMENTO ATRAVÉS DE MANÔMETRO/TERMÔMETRO E INDICADORES LUMINOSOS- FECHO DA TAMPA DE TRIPLO ESTÁGIO COM SISTEMA DE RESTRIÇÃO DE ABERTURA POR FUSO DE ENCAIXE E DESLIZAMENTO POR ROLAMENTO AXIAL - SISTEMA DE PORTA COM CONSTRUÇÃO DUPLA TOTALMENTE EM AÇO CARBONO E AÇO INOX LAMINADO- GUARNIÇÃO EM SILICONE VULCANIZADO FIXADA | 1 | UND | 5.139,89 | 5.139,89 |



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM "QUERO MAIS QUIXERÉ"



| | | | | | |
|---------------------|---|---|-----|--------|-------------------|
| | NA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO- NÃO NECESSITA DE TUBULAÇÃO PARA DRENAGEM DE ÁGUA- OPERAÇÃO FÁCIL E AUTOMÁTICA QUE PERMITE A SELEÇÃO DE DIFERENTES CICLOS- EFICIENTE SECAGEM DO MATERIAL E COM OPÇÃO DE CICLOS EXTRAS- UTILIZA ÁGUA LIMPA A CADA CICLO PARA MELHOR QUALIDADE DE VAPOR-SISTEMAS DE SEGURANÇA QUE CONTROLAM TODO O CICLO E PREVINEM FALHAS DE OPERAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO-DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE EXCESSO DE TEMPERATURA, PRESSÃO OU FALTA DE ÁGUA- PRODUTO RESISTENTE, DE FÁCIL INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO. | | | | |
| 97 | DESTILADORA - Especificação: CAPACIDADE DE 4 LITROS. POT. 220V - 450W, FREQ. 60HZ. NÃO NECESSITA DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. | 1 | UND | 932,55 | 932,55 |
| 98 | LUPA DE MESA COM AUMENTO - Especificação: LUPA DE MESA COM AUMENTO DE NO MÍNIMO 8 VEZES ESPECÍFICA PARA INSPEÇÃO DO PROCESSO DE LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO. | 1 | UND | 375,35 | 375,35 |
| 99 | MINI INCUBADORA - Especificação: EQUIPAMENTO ELETRÔNICO PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM 4 CAVIDADES, BIVOLT (110-220V), POTÊNCIA MÍNIMA DE 50 WATTS. | 1 | UND | 298,00 | 298,00 |
| 100 | MOCHILA PARA RESGATE COM 8 ESTOJOS. - Especificação: MOCHILA PARA RESGATE COM 8 ESTOJOS DESENVOLVIDA EM NYLON 90% IMPERMEÁVEL APRESENTA ALÇA DE MÃO E COSTA, ZIPER E DOIS CURSORES DE ABERTURA TOTAL AS PARTES FRONTAIS DOS ESTOJOS SÃO CONFECCIONADAS EM MATERIAL TRANSPARENTE. ALÇA DE MÃO. ALÇA PARA COSTAS COM REGULAGEM. NYLON RESISTENTE. ZIPER COM DOIS CURSORES DE ABERTURA TOTAL. 8 ESTOJOS ESPECÍFICOS POR VELCRO COM FRENTE TRANSPARENTE. 57CMX41CMX10CM. | 2 | UND | 142,79 | 285,58 |
| 101 | PRANCHA DE RESGATE DE POLIETILENO ADULTO - Especificação: COM 03 TIRAS. SUPORTA ATÉ 180 KG. | 1 | UND | 471,28 | 471,28 |
| 102 | PRANCHA LONGA DE MADEIRA PARA RESGATE COM 03 CINTOS. | 1 | UND | 289,17 | 289,17 |
| VALOR GLOBAL | | | | | 227.685,48 |

| LOTE 06 - APERELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | | | | | |
|--|--|-----|-----|----------|-----------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNI | VR. UNIT | VR. TOTAL |
| 103 | BALANÇA DIGITAL ADULTO SEM ANTROPOMETRO - Especificação: FABRICADA COM ALTO PADRÃO QUALIDADE E DEVIDAMENTE AFERIDA PELO IPEM E HOMOLOGADA INMETRO, É IDEAL PARA USO PROFISSIONAL. ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; PADRÃO NA COR BRANCA; CAPACIDADE MÁXIMA 200KG, DIVISÕES DE 50G; TAPETE EM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; FONTE EXTERNA 90 A 240VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2MM DE ALTURA E 8,1MM DE LARGURA. PLATAFORMA: 340X390MM; FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA; HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM. | 1 | UND | 1.317,31 | 1.317,31 |
| 104 | BALANÇA DIGITAL ATÉ 180KG - Especificação: BALANÇA DIGITAL ATÉ 180KG VIDRO TEMPERADO, LEVE E RESISTENTE, COM ALTA SENSIBILIDADE, DESIGN MODERNO E CAPACIDADE PARA PESAGEM DE ATÉ 180KG. ALÉM DAS FUNÇÕES DE AUTO DESLIGAMENTO E AÇIONAMENTO AUTOMÁTICO, COM INDICADOR DE BATERIA FRACA E DE SOBREPESO. | 1 | UND | 62,51 | 62,51 |
| 105 | BALANÇA ELETRÔNICA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA COM CAPACIDADE PARA 30 KG - Especificação: CAPACIDADE DE 30KG E DIVISÃO DE 10GR; CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO COM MEDIDA 540X290MM INJETADA EM MATERIAL ANTI-GERMES; DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2MM DE ALTURA E 8,1MM DE LARGURA; ESTRUTURA INTERNA EM AÇO CARBONO ACABAMENTO | 1 | UND | 869,63 | 869,63 |

Prefeitura Municipal – Rua Padre Zacarias 332, Centro – CEP 62.920-000 – Fone (88) 3443-1646.
CNPJ 07.807.191/0001-47 – CGF 06.920.172-2

José Eurimar de Lima
Presidente da Comissão
Permanente de Licitação
CPF 52.023.953-04
QUIXERÉ-CE



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÊ – ADM “QUERO MAIS QUIXERÊ”



| | | | | |
|---|--|--|--|-----------------|
| BICROMATIZADO; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; FONTE EXTERNA 90 A 240 VA C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA; HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM. | | | | |
| VALOR GLOBAL | | | | 2.249,45 |

| LOTE 07 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | |
|--|---|-----|-----|----------|-----------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNI | VR. UNIT | VR. TOTAL |
| 106 | FOGÃO TIPO INDUSTRIAL 6 BOCAS | 1 | UND | 1.019,64 | 1.019,64 |
| 107 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - Especificação: ELÉTRICO TIPO INDUSTRIAL - COPO REMOVÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS - COPO E BASE EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO POLIDO - HÉLICES EM AÇO INOX - MOTOR MONOFÁSICO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 0.3 LEV. - COBERTURA DE POLIPROPILENO - FUNCIONAMENTO COM TENSÃO ELÉTRICA DE 220 V - FREQUÊNCIA DE 60 HZ - MANUAL DE INSTRUÇÕES CONTENDO: ORIENTAÇÃO DE INSTALAÇÃO, FORMA DE USO CORRETO (OPERAÇÃO E CONTROLE), REGULAGEM, PROCEDIMENTOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, PROCEDIMENTOS PARA ACIONAMENTO DE GARANTIA OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | 1 | UND | 934,67 | 934,67 |
| 108 | LIQUIDIFICADOR - 3 VELOCIDADES - Especificação: Nº DE VELOCIDADE: 3; FUNÇÃO PULSAR: SIM; FUNÇÃO AUTOLIMPEZA: SIM; LÂMINAS EM AÇO INOX; POTÊNCIA MÍNIMA: 500W; | 1 | UND | 124,13 | 124,13 |
| 109 | ESCADA DE 2 DEGRAUS PARA LEITO HOSPITALAR | 10 | UND | 79,04 | 790,40 |
| 110 | DEPURADOR DE AR - Especificação: 80 CM, 220V, FILTRAGEM DUPLA: FILTRO PARA ELIMINAÇÃO DE GORDURA E FILTRO DE CARVÃO ATIVO PARA ELIMINAÇÃO DE ODORES. | 1 | UND | 327,61 | 327,61 |
| 111 | EXAUSTOR DE PAREDE INDUSTRIAL/COMERCIAL 30 CM | 10 | UND | 139,15 | 1.391,50 |
| 112 | FOGÃO 2 BOCAS GÁS PORTÁTIL - Especificação: FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO ÚNICA, POSSUI DOIS QUEIMADORES DE BAIXA PRESSÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL. REGULAGEM DA CHAMA DO TIPO AGULHA COM MANOPLAS EM NYLON. ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR VERMELHA. POSSUI GRELHA REMOVÍVEL EM AÇO DE 3MM, COM TRATAMENTO SUPERFICIAL NA COR PRATEADA. FOGÃO A GÁS PORTÁTIL, PRÁTICO E FÁCIL DE USAR. PARA USO COM BOTIJÃO COM VÁLVULA REGULADORA DE GÁS GLP. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MATERIAL DE FERRO. POSSUI 2 BOCAS. BAIXA PRESSÃO E A GÁS. OBS.: NÃO ACOMPANHA O REGISTRO. DIMENSÕES APROX.: ALTURA: 6CM; LARGURA: 23 CM; COMPRIMENTO: 44CM. | 1 | UND | 52,63 | 52,63 |
| 113 | FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS 30X30 COM FORNO - Especificação: FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS, 3 DUPLAS E 3 SIMPLES EM MÓDULO 30 EXTRA CORPO E MESA DE AÇO CARBONO SUPER RESISTENTE EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, COM BASE FOSFATIZADA. GÁS BAIXA PRESSÃO. VARÃO CROMADO COM TAMPÃO E BICO DE ENTRADA DE GÁS REVERSÍVEL. REGISTRO CROMADO DE 1/4". DIMENSÕES ALTURA: 80 CM; PROFUNDIDADE: 82,5 CM; LARGURA 1,10 CM. MEDIDAS INTERNAS DO FORNO: LARGURA: 57 CM; ALTURA: 30 CM; PROFUNDIDADE: 55 CM. | 1 | UND | 1.401,00 | 1.401,00 |
| 114 | LIQUIDIFICADOR DE USO DOMÉSTICO. - Especificação: 1400W DE POTÊNCIA, 5 AJUSTES DE VELOCIDADE E UM FILTRO PARA FRUTAS; CAPACIDADE PARA TRITURAR GELO; PAINEL SOFT TOUCH, PAINEL COM SUPERFÍCIE MACIA E SEM ABERTURAS, DE LIMPEZA FÁCIL; BOTÃO "EASY CLEAN"; LÂMINAS DESCARTÁVEIS; ARMAZENAMENTO DO CABO; CAPACIDADE DE 2 LITROS; TENSÃO DE 220 V; GARANTIA DE 12 MESES. | 1 | UND | 132,67 | 132,67 |



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM "QUERO MAIS QUIXERÉ"



| | | | | | |
|---------------------|---|----|-----|--------|------------------|
| 115 | SANDUICHEIRA 220V - Especificação: CARACTERISTICAS GERAIS: GRELHA HABURGUERES, , CARNES, PEIXES E VEGETAIS; FUNCIONA COMO GRILL E SANDUICHEIRA; FAZ DOIS SANDUICHES DE UMA VEZ; PLACAS COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE; PLACA DUO: INERIOR LISA, SUPERIOR ONDULADA; LUZ INDICADORA DE AQUECIMENTO; BASE ANTIDERRAPANTE; PORTA-FIO; SUPERFÍCIE EM AÇO ESCOVADO; CONSUMO DE ENERGIA (KW/H) 0,85 KW/H (110V); 0,64 KW/H (220V); POTENCIA(W) 850W (110V); 640W (220V); TENSÃO/VOLTAGEM 220V; GARANTIA DE 12 MESES. | 1 | UND | 58,04 | 58,04 |
| 116 | TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS CAP.10KG - Especificação: TANQUINHO 10KG, SEMIAUTOMATICA COM FILTRO INTERNO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A (SELO PROCEL) 120V. | 1 | UND | 369,64 | 369,64 |
| 117 | FERRO DE ENGOMAR A VAPOR - Especificação: CARACTERISTICAS GERAIS: BASE CERÂMICA: DESLIZA FACILMENTE SOBRE AS ROUPAS, PROPORCIONANDO MENOS ESFORÇO E ECONOMIA DE TEMPO. CONTROLE DE SAIDA DE VAPOR; SALVA BOTÕES: NÃO DANIFICA OS BOTÕES DE ROUPAS; ALÇA EMBORRACHADA: PROPORCIONA ERGONOMIA, SEGURANÇA E CONFORTO; SISTEMA AUTOLIMPANTE: LIMPA O ACÚMULO DE MINERAIS E RESÍDUOS; VAPOR EXTRA, VAPOR VERTICAL E SPRAY: LIBERA ALTA QUANTIDADE DE VAPOR QUE PERMITE REMOVER OS AMASSADOS DIRETAMENTE NO CABIDE; SPRAY UMEDECEDOR: FACILITA A RETIRADA DOS VINCOS MAIS DIFÍCEIS; SELETOR DE TEMPERATURA: PASSA A SECO E A VAPOR, CONTROLANDO A TEMPERATURA IDEAL DE ACORDO COM CADA TIPO DE ROUPA; CONSUMO DE ENERGIA (KW/H)1,2; POTENCIA(W) 1200; TENSÃO/VOLTAGEM 220V; TIPO DE TOMADA 10A (4MM); TIPO DE PLUGUE 3 PINOS; GARANTIA 12 MESES. | 3 | UND | 96,84 | 290,52 |
| 118 | ESCADA TELESCÓPICAS 13 DEGRAUS | 10 | UND | 507,48 | 5.074,80 |
| VALOR GLOBAL | | | | | 11.967,25 |

| LOTE 08 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | | | | | |
|--|--|-----|-----|----------|-----------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNI | VR. UNIT | VR. TOTAL |
| 119 | SMARTPHONE ANDROID. - Especificação: A)UNIDADE DE PROCESSAMENTO A.1) PROCESSADOR COM CLOCK MÍNIMO DE 1,35 GHZ COM OITO NÚCLEROS (OCTA CORE); A.2) CAPAZ DE EXECUTAR ARQUIVOS DE ÁUDIO E VÍDEO; A.3) AS FUNÇÕES DE DECODIFICAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DEVEM SER ACELERADAS POR HARDWARE A.4) POSSUIR DECOFIFICAÇÃO POR HARDWARE PARA PELO MENOS OS SEGUINTE FORMATOS: H263, H264 E MPEG4. B) MEMÓRIA RAM B.1) MÍNIMO DE 3 GB; c) TELA C.1) TELA COLORIDA E CONSTRUÍDA COM TECNOLOGIA LCD, OLED OU AMOLED, COM RETRO ILUMINAÇÃO E COM TAMANHO MÍNIMO DE 5.5" E MÁXIMO DE 6.5" POLEGADAS; C.2) MULTITOQUE C.3) RESOLUÇÃO MÍNIMA 1080X720; D) ARMAZENAMENTO D.1) INTERNO D.2) CAPACIDADE MÍNIMA DE 32GB DE ARMAZENAMENTO INTERNO D.3) POSSUIR SLOT PARA CARTÃO DE MEMÓRIA PADRÃO MICROSD PARA EXPANSÃO DO ARMAZENAMENTO INTERNO, COMPATÍVEL COM CARTÕES DE ATÉ 64GB E) CONCECTIVIDADE E.1) WI-FI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N, INTEGRADO (INTERNO) AO EQUIPAMENTO E.2) MODEM INTERNO COM SUPORTE A REDES 3G (NO MINIMO DUAL-BAND 2100MHZ E 850MHZ) E 2G (QUAD-BAND) 850MHZ, 900MHZ, 1.800MHZ E 1.900MHZ) HABILITADO PARA FUNCIONAMENTO NAS FREQUÊNCIAS DO SISTEMA BRASILEIRO DE COMUNICAÇÃO MÓVEL, DESBLOQUEADO PARA TODAS AS OPERADORAS; E.3) BLUETOOTH VERSÃO 4.0 SUPERIOR, INTEGRADO (INTERNO) AO EQUIPAMENTO; E.4) SISTEMA GPS INTEGRADO (INTERNO) COM ANTENA INTERNA F) F.1) MICROFONE E ALTO-FALANTES INTEGRADOS AO GABINETE F.2) | 11 | UND | 965,88 | 10.624,68 |

Prefeitura Municipal – Rua Padre Zacarias 332, Centro – CEP 62.920-000 – Fone (88) 3443-1648.
CNPJ 07.807.191/0001-47– CGF 06.920.172-2

José Eugênio de Lima
Presidente da Comissão
Permanente de Licitação
CPF 752.022.000-0
QUIXERÉ - CE



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÊ – ADM "QUERO MAIS QUIXERÊ"



| | | | | | |
|---------------------|--|---|-----|------------------|--------|
| | <p>SAÍDA PARA FONE DE OUVIDOS PARA CONECTOR PADRÃO P2 DE 3,5MM E COM 03 PONTOS DE CONTATO (TERRA, ÁUDIO DIREITO E ÁUDIO ESQUERDO) F.3) PORTA MICRO-USB PADRÃO 2.0 (OTG) OU PORTA USB-c; G) CÂMARA FRONTAL E TRASEIRA G.1) INTEGRADO AO EQUIPAMENTO G.2) CÂMERA TRASEIRA COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 05 MP, POSSUIR AJUSTE DE FOCO AUTOMÁTICO E ZOOM DIGITAL; G.3) CÂMERA FRONTAL COM RESOLUÇÃO MÍNIMA 1.2 MP G.4) AMBAS AS CÂMERAS DEVEM PERMITIR TIRA FOTOS E FILMAR H. BATERIA: H.1) INTERNA E RECARREGÁVEL H.2) LÍTIO-ION OU POLÍMERO DE LÍTIO H.3) VIDA ÚTIL: PELO MENOS 250 CICLOS DE CARGA/DESCARGA COM CAPACIDADE DE CARGA IGUAL A 80% DA ORIGINAL AO FINAL DESTE TEMPO H.4) CAPACIDADE MÍNIMA DA BATERIA: 3500 MAH (TRÊS MIL E QUINHENTOS MILIAMPERES HORA) H.5) POSSUIR PELO MENOS OS SEGUINTE MECANISMOS DE SEGURANÇA: I CIRCUITO PARA INTERROMPER A CONEXÃO DA BATERIA EM CASOS DE SOBRECORRENTE E SOBRECARGA; II - COM CARREGADOR CONECTADO À ENERGIA, O SMARTPHONE DEVE PODER SER DEIXADO CONECTADO, MESMO APPÓS A CARGA TOTAL DA BATERIA, SEM RISCO DE SOBREAQUECIMENTO OU DE ACIDENTES DECORRENTES DE SOBRECARGA. I) GABINETE I.1) O GABINETE NÃO PODERÁ APRESENTAR SALIÊNCIAS, PONTAS OU ESTRUTURAS EXTERNAS PERFURANTE OU CORTANTES I.2) DEVE POSSUIR TECLAS PARA CONTROLE DE VOLUME DO SOM I.3) DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA E POEIRA DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO IP52 J) FUNCIONALIDADES J.1) POSSUIR ACELERÔMETRO J.2) FUNCIONAR COMO "USB MASS STORAGE" J.3) SENSOR DE LUZ AMBIENTE COM CAPACIDADE PARA AJUSTE AUTOMÁTICO DO BRILHO DA TELA; J.4) PERMITIR A MUDANÇA DA ORIENTAÇÃO DA TELA E O BLOQUEIO DA POSIÇÃO; J.5) RECURSO DE VÍDEO: I - GRAVAÇÃO COM RESOLUÇÃO DE PELO MENOS 640X480. ESTA EXIGÊNCIA SOMENTE SE APLICA A CÂMERA TRASEIRA; II - FORMATOS MÍNIMOS DE REPRODUÇÃO: H.263, H.264 E MPEG-4; K) SISTEMA OPERACIONAL K.1) SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID 7.0 PORTUGUÊS OU VERSÃO SUPERIOR EM PORTUGUÊS; K.2) SUPORTE A CONFIGURAÇÃO DE PROXY PARA REDE WI-FI. ESTE SUPORTE DEVE SER INTEGRADO À APLICAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE REDE SEM FIO E SEM A NECESSIDADE DE APLICATIVOS OU SOFTWARES EXTRAS; K.3) APLICAÇÕES: AGENDA, CALENDÁRIO, RELÓGIO COM HORÁRIO MUNDIAL, ALARME, CALCULADORA, CRONÔMETRO; K.4) PERMITIR A DECODIFICAÇÃO DOS SEGUINTE FORMATOS DE ARQUIVOS: I - MP3; II - 3GP (AMR, AAC, H263, H264 E MPEG4); III) MP4 (AAC E H264) IV - OGG (VORBIS ÁUDIO); V - WAV (PCM).</p> | | | | |
| 120 | <p>TELEFONE COM FIO COM IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS E VIVA-VOZ - Especificação: VIVA-VOZ COM AJUSTE DE VOLUME; DISPLAY LLUMINOSO; LED PARA SINALIZAÇÃO DE CHAMADA; DISCAGEM DIRETA E INDIRETA; REGISTRO DE CHAMADAS RECEBIDAS.</p> | 4 | UND | 109,82 | 439,28 |
| VALOR GLOBAL | | | | 11.063,96 | |

O valor global Estimado da Licitação é de: **R\$ 544.990,17 (QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E DEZESSETE CENTAVOS).**

2. REFERENCIAL DE PREÇOS:

Os preços de referência ora apresentados foram estimados com base nas **Pesquisas de Preços** para esta finalidade, realizada pelo Setor de Compras do Município de Quixerê.



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM "QUERO MAIS QUIXERÉ"



3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ELEMENTO DE DESPESA:

Dotação Orçamentária: 0601.10.122.1001.2.042 - Func. da Secretaria; 0601.10.122.1004.2.044 - Func. da Casa de Apoio; 0601.10.301.1001.2.045 - Manutenção da Atenção Básica; 0601.10.302.1004.2.046 - Man. Média e Alta Complexidade; 0601.10.304.1006.2.048 - Func. Vig. em Saúde; Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00.

Os equipamentos deverão ser entregues somente no local indicado na ORDEM DE FORNECIMENTO e obrigatoriamente acompanhada da cópia da Nota Fiscal, Ordem de Fornecimento e Declaração de responsabilidade (modelo anexo 10).

4. LOCAL E DATA

INDICAÇÃO DO LOCAL PARA ENTREGA DO EQUIPAMENTO

- f) Entende-se por recebimento o descarregamento e acomodação dos produtos no local indicado em cláusula contratual;
- g) O produto cotado deverá obedecer às normas padrões da ABNT ou ANVISA, ser de boa qualidade e atender eficazmente à finalidade que dele naturalmente se espera, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor;
- h) Caso fiquem constatadas irregularidades em relação ao objeto, ou mesmo não se enquadrar nas exigências mínimas, resultará na não aceitação do objeto e imediata rescisão do contrato.
- i) O não cumprimento da obrigação, ocorrerá em penalidade, nos termos da Lei 8.666/93 e na minuta do contrato.
- j) As condições estabelecidas no edital e seus anexos vinculam as partes, e nos casos em que se encontram presentes os requisitos do Artigo 55 da Lei 8.666/93, há substituição do instrumento do contrato, na forma do artigo 62 da mesma Lei já mencionada.

5. PRAZO PARA ENTREGA

Após a homologação do resultado, será a vencedora notificada e convocada, através da devida ordem de fornecimento, para, no prazo de até 10 (dez) dias, entregar o objeto desta licitação, para todos os **LOTES**, nas quantidades e locais indicados.

6. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO:

Responsável pelo Setor de Almoxarifado da Secretaria Correspondente a Ordem de Compra na qual constará todos os itens a serem entregue no Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Quixeré

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- ✓ Entregar os produtos objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos estabelecidos neste Edital, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;
- ✓ Manter durante toda a duração do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- ✓ Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela Contratante;
- ✓ Arcar com eventuais prejuízos causados à Contratante e/ou terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na entrega do objeto contratual.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

- ✓ A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;

Prefeitura Municipal – Rua Padre Zacarias 332, Centro – CEP 62.920-000 – Fone (88) 3443-1646.
CNPJ 07.807.191/0001-47 – CGF 06.920.172-2

José Eurimar de Lima
Presidente da Comissão
Permanente de Licitação
CPF 752 023 953 63
QUIXERÉ - CE




GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAÚDE
QUIXERÉ – ADM "QUERO MAIS QUIXERÉ"



- ✓ Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;
- ✓ Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;
- ✓ Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente.

~~Quixeré-Ce, 14 de setembro de 2020.~~



JOÃO URÂNIO NOGUEIRA FERREIRA
Secretário de Saúde



ANEXO 02

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº _____

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM A EMPRESA....., PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:

O Município de Quixeré, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no Rua Padre Zacarias, 332, Centro - Bairro Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.807.191/0001-47, neste ato representada pelo SECRETÁRIO DE SAÚDE, Sr. **JOÃO URÂNIO NOGUEIRA FERREIRA**, doravante denominado de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa, com endereço na Rua, Nº, bairro, em, Estado do, inscrita no CNPJ sob o nº, representada por, CPF nº, ao fim assinado, doravante denominada de CONTRATADA, de acordo com o Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0026/2020, Processo nº 0026/2020, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, a Lei Federal nº 10.520/02, de 17 de julho de 2002 e o Decreto Municipal nº 003.02.01/2007, de 02 de janeiro de 2007, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1- Fundamenta-se este contrato no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0026/2020, na Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, na Lei Federal nº 10.520/02, de 17 de julho de 2002, no Decreto Federal nº 10.024/2019, e na proposta de preços da Contratada.

CLAUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1- O presente contrato tem por objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS (APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO; UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS; COMUNICAÇÃO; MED-DONT, LAB E HOSP; MOBILIÁRIO EM GERAL; PROCESSAMENTO DE DADOS; MAQUINAS E EQUIP ENERGÉTICOS; UTENSÍLIOS E EQUIP DIVERSOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE , conforme planilha anexa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1- A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela execução do objeto deste contrato o valor global de R\$...... (.....), conforme planilha constante do ANEXO contratual, parte integrante deste contrato.



CLÁUSULA QUARTA - DA DURAÇÃO DO CONTRATO

4.1- O contrato terá um prazo de vigência a partir da data da assinatura até **31 de dezembro de 2020**, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

CLÁUSULA QUINTA - DA FONTE DE RECURSOS

5.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da dotação orçamentária nº 0601.10.122.1001.2.042 - Func. da Secretaria; 0601.10.122.1004.2.044 - Func. da Casa de Apoio; 0601.10.301.1001.2.045 - Manutenção da Atenção Básica; 0601.10.302.1004.2.046 - Man. Média e Alta Complexidade; 0601.10.304.1006.2.048 - Func. Vig. em Saúde, elemento de despesa nº 4.4.90.52.00.

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO

6.1- Os preços são firmes e irredutíveis;

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

7.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1º, art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA OITAVA - DA ENTREGA DO OBJETO E DO PAGAMENTO

8.1- Os produtos objeto deste contrato deverão ser entregues de acordo com as solicitações da SECRETARIA DE SAÚDE, a partir do recebimento da Ordem de Compra, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir da solicitação, nos quantitativos de acordo com a necessidade do órgão e rigorosamente de acordo com as especificações estabelecidas na proposta vencedora e neste edital, sendo que a não observância destas condições, implicará na não aceitação do mesmo, sem que caiba qualquer tipo de reclamação ou indenização por parte da inadimplente.

8.2- Os produtos objeto deste contrato entregues pela licitante vencedora estarão sujeitos à aceitação plena pelo órgão recebedor.

8.3- A autoridade superior competente do órgão de origem desta licitação designará uma Comissão de Recebimento, cujo propósito será a conferência do produto entregue com as especificações contidas na proposta de preços da Contratada. Caso o produto entregue esteja em desacordo com as especificações contidas na proposta de preços, a Comissão rejeitará o recebimento do mesmo.

8.4- A Contratada ficará obrigada a trocar, imediatamente, sem ônus para a origem desta licitação, o produto que vier a ser recusado.

8.5- O pagamento será efetuado mensalmente após a emissão de empenho e deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias da data do recebimento definitivo do produto, acompanhado das respectivas Notas Fiscais e de Empenho.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1- A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;

9.2- Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;



- 9.3- Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;
9.4- Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 10.1- Entregar os produtos objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos estabelecidos neste Edital, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;
10.2- Manter durante toda a duração do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
10.3- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela Contratante;
10.4- Arcar com eventuais prejuízos causados à Contratante e/ou terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na entrega do objeto contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções:

- a) Advertência.
b) Multas de:
b.1) 10,0% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da LICITANTE VENCEDORA em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação feita pela CONTRATANTE
b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato, por dia de atraso na entrega do objeto contratual, até o limite de 30 (trinta) dias;
b.3) 2,0% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e rescisão do pacto, a critério da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos produtos.
b.4) Os valores das multas referidos nestas cláusulas serão descontados “ex-offício” da CONTRATADA, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial;
c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que a CONTRATANTE promova sua reabilitação.
11.2- As sanções previstas nos itens antecedentes serão aplicadas pela autoridade competente, assegurados ao Contratado ou ao Adjudicatário, o contraditório e ampla defesa, nos seguintes prazos e condições:
a) de 05 (cinco) dias úteis nos casos de advertência e de suspensão.
b) de 10 (dez) dias úteis da abertura de vista do processo, no caso de declaração de inidoneidade para licitar com o Município de Quixeré.



CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DAS RESCISÕES CONTRATUAIS

12.1 - A rescisão contratual poderá ser:

- a) Determinada por ato unilateral e escrita da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;
- b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;
- c) Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;
- d) A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DO FORO

13.1- Fica eleito o foro da Comarca de Quixeré, Estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer controvérsia oriunda do presente edital, que não possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem acertadas as partes, firmam o presente instrumento contratual em 03 (três) vias para que possa produzir os efeitos legais.

Quixeré - Ce, de de 2020.

JOÃO URÂNIO NOGUEIRA
FERREIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
CONTRATANTE

NOME DO REPRESENTANTE
NOME DA EMPRESA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01. _____
Nome:
CPF/MF:

02. _____
Nome:
CPF/M



ANEXO 03

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL

| | |
|--|---------------------|
| Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica) | |
| Razão Social: | |
| Ramo de Atividade: | |
| Endereço: | |
| Complemento: | Bairro: |
| Cidade: | UF: |
| CEP: | CNPJ: |
| Telefone Comercial: | Inscrição Estadual: |
| Representante Legal: | RG: |
| E-mail: | CPF: |
| Telefone Celular: | |
| Whatsapp: | |
| Resp. Financeiro: | |
| E-mail Financeiro: | Telefone: |
| E-mail para informativo de edital | |
| ME/EPP: () SIM () Não | |

1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do Sistema de Pregão Eletrônico da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.

2. São responsabilidades do Licitante:

- i. Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a participar;
- ii. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;
- iii. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais normas e regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento;
- iv. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo III.I
- v. Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.

3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do



Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

4. O Licitante autoriza a BLL – Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

5. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios realizado e/ou em andamento.

O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da última utilização do Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios em andamento. Responsabilizando-se pelas informações prestadas neste Termo, notadamente as informações de cadastro, alterações contratuais e/ou de usuários do Sistema, devendo, ainda, informar a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil qualquer mudança ocorrida.

Local e data:

_____ (Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).



ANEXO 3.1

**ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES
DA
BLL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL
INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA**

| | |
|----------------------------|-----------|
| Razão Social do Licitante: | |
| CNPJ/CPF: | |
| Operadores | |
| 1 | Nome: |
| | CPF: |
| | Função: |
| | Telefone: |
| | Celular: |
| | Fax: |
| | E-mail: |
| | Whatsapp |
| 2 | Nome: |
| | CPF: |
| | Função: |
| | Telefone: |
| | Celular: |
| | Fax: |
| | E-mail: |
| | Whatsapp |
| 3 | Nome: |
| | CPF: |
| | Função: |
| | Telefone: |
| | Celular: |
| | Fax: |
| | E-mail: |
| | Whatsapp |

O Licitante reconhece que:

- i. A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido;
- ii. O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante;
- iii. A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada imediatamente à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário bloqueio de acesso;
- iv. O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e o não pagamento das taxas ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, no Serviço de Proteção de Crédito e no SERASA e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

Local e data:

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)

Prefeitura Municipal – Rua Padre Zacarias 332, Centro – CEP 62.920-000 – Fone (88) 3443-1646.
CNPJ 07.807.191/0001-47 – CGF 06.920.172-2

Associação de Licitantes
Presidente da Comissão
Permanente de Licitação
CPF 702.029.353-60
QUIXERÉ - CE



ANEXO 04
CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA
– SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR

Editais publicados pelo sistema de aquisição:

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento em 45 dias após a adjudicação – limitado ao teto máximo de R\$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

Editais publicados pelo sistema de registro de preços:

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento parcelado em parcelas mensais (equivalentes ao número de meses do registro) e sucessivas com emissão do boleto em 60(sessenta) dias após a adjudicação – com limitação do custo de R\$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/ SERASA e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado na plataforma, o licitante vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente arcados com o uso da plataforma eletrônica no respectivo lote cancelado.

DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS

A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação junto ao sistema de PREGÕES, não exime o licitante do pagamento dos custos de uso do sistema da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil. A corretagem será pactuada entre os o licitante e a corretora de acordo com as regras usuais do mercado.

DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR

Como Licitante/Fornecedor, concordamos e anuímos com todos termos contidos neste anexo e nos responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos.

Local e data: _____

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).



ANEXO 05

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0026/2020

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº _____,
sediada.

(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 0026/2020 instaurada pela Prefeitura Municipal de **Quixeré**, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.



ANEXO 06

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0026/2020

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº _____
sediada

(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.



ANEXO 07

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0026/2020

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº _____
sediada

(Endereço Completo)

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.

- 1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.
- 2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.



ANEXO 08

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0026/2020

DECLARAÇÃO

Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte. (Na hipótese do licitante ser ME ou EPP)

(Nome da empresa) , CNPJ / MF nº , sediada (endereço completo) Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão , que estou (amos) sob o regime de ME/EPP , para efeito do disposto na LC 123/2006

Local e data

Nome e nº da cédula de identidade do declarante



ANEXO 9

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0026/2020

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão Eletrônico nº 0026/2020, da Prefeitura Municipal de **Quixeré**, que a empresa.....tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Local e data:

Assinatura e carimbo da empresa:



ANEXO 10

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0026/2020

DECLARAÇÃO

(Razão Social) _____
CNPJ/MF Nº _____
Sediada _____ (Endereço Completo)

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão Eletrônico nº0026/2020, instaurada pelo Município de **Quixeré**, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Data _____

Local _____

Nome do declarante _____

RG _____

CPF _____

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.