



GOVERNO MUNICIPAL  
SECRETARIA DE SAÚDE



	<i>cônica conforme as normas ISO e rigorosa concentricidade. (autoclavável a 135° C) Passível de esterilização em meios físico-químicos. caixa com 6 limas com stops de silicone.</i>				
377	<b>Lima hedstroem 2ª série (45 a 80) 21 MM.</b> Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletropolida, corte triangular, pertencente a classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. Instrumento de corte preciso. Tipo quadrado, atendendo as normas da ISO, com elevada resistência, a fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. Ponta cônica conforme as normas ISO e rigorosa concentricidade. (autoclavável a 135° C) Passível de esterilização em meios físico-químicos. caixa com 6 limas com stops de silicone.	caixa	12	77,03	924,36
378	<b>Lima hedstroem 2ª série (45 a 80) 25 MM.</b> Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletropolida, corte triangular, pertencente a classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. Instrumento de corte preciso. Tipo quadrado, atendendo as normas da ISO, com elevada resistência, a fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. Ponta cônica conforme as normas ISO e rigorosa concentricidade. (autoclavável a 135° C) Passível de esterilização em meios físico-químicos. caixa com 6 limas com stops de silicone.	caixa	12	79,20	950,40
379	<b>Lima hedstroem 2ª série (45 a 80) 31 MM.</b> Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletropolida, corte triangular, pertencente a classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. Instrumento de corte preciso. Tipo quadrado, atendendo as normas da ISO, com elevada resistência, a fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. Ponta cônica conforme as normas ISO e rigorosa concentricidade. (autoclavável a 135° C) Passível de esterilização em meios físico-químicos. caixa com 6 limas com stops de silicone.	caixa	12	76,33	915,96
380	<b>Lima KERR 1ª série ( 15 a 40) 21 mm -</b> Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente a classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. Cx com 6 unid.	caixa	12	65,34	784,08
381	<b>Lima KERR 1ª série ( 15 a 40) 25 mm -</b> Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente a classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. Cx com 6 unid.	caixa	30	45,09	1.352,70
382	<b>Lima KERR 1ª série ( 15 a 40) 31 mm -</b> Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente a classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. Cx com 6 unid.	caixa	12	65,09	781,08
383	<b>Lima KERR 2ª série ( 45 a 80) 21 MM -</b> Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente a classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. Cx com 6 unid.	caixa	12	66,80	801,60
384	<b>Lima KERR 2ª série ( 45 a 80) 25 MM -</b> Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente a classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção.	caixa	30	66,53	1.995,90
385	<b>Lima KERR 3ª série 21 MM -</b> Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente a classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. Cx com 6 unid.	caixa	12	73,67	884,04
386	<b>Lima KERR 3ª série 25 MM -</b> Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente a classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado	caixa	12	75,57	906,84

Prefeitura Municipal de Quixeré – Rua Padre Zacarias, 332, Centro – Quixeré/Ce  
CNPJ 07.807.191/0001-47 / CGF 06.920.172-2  
CEP 62.920-000 | [www.quixerere.ce.gov.br](http://www.quixerere.ce.gov.br) | (88) 2172-1092

José Eucimar de Lima  
Presidente da Comissão  
Permanente de Licitação  
Mat. 064.687-0 Quixeré-CE



GOVERNO MUNICIPAL  
SECRETARIA DE SAÚDE



	por torção. Cx com 6 unid.				
387	Lima KERR 3ª série 31 MM - Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente a classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. Cx com 6 unid.	caixa	12	75,27	903,24
388	LIMA NITIFLEX 1ª SÉRIE (15 A 40) 21 MM CAIXA COM SEIS UNIDADES	caixa	12	241,30	2.895,60
389	LIMA NITIFLEX 1ª SÉRIE (15 A 40) 25 MM CAIXA COM SEIS UNIDADES	caixa	12	260,27	3.123,24
390	LIMA NITIFLEX 1ª SÉRIE (15 A 40) 31 MM CAIXA COM SEIS UNIDADES	caixa	12	250,60	3.007,20
391	LIMA NITIFLEX 2ª SÉRIE (15 A 40) 21 MM CAIXA COM SEIS UNIDADES	caixa	12	255,33	3.063,96
392	LIMA NITIFLEX 2ª SÉRIE (15 A 40) 25 MM CAIXA COM SEIS UNIDADES	caixa	12	253,34	3.040,08
393	LIMA NITIFLEX 2ª SÉRIE (15 A 40) 31 MM CAIXA COM SEIS UNIDADES	caixa	12	258,60	3.103,20
394	Lima Reciprocante 50.05 de 25 mm - Embalagem com 3 unidades.	unidade	12	154,57	1.854,84
395	Lima Reciprocante 50.05 de 31 mm - Embalagem com 3 unidades.	unidade	12	189,08	2.268,96
396	Lima Rotatória 50.05 de 25mm - Embalagem com 05 unidades.	unidade	12	179,33	2.151,96
397	Lima Rotatória 50.05 de 31mm - Embalagem com 05 unidades.	unidade	12	283,63	3.403,56
398	Limas C Pilot Série Especial Nº 08 de 25mm - Embalagem com 06 unidades	unidade	30	84,30	2.529,00
399	Limas C Pilot Série Especial Nº 10 de 25mm - Embalagem com 06 unidades	unidade	30	80,49	2.414,70
400	Limas C Pilot Série Especial Nº 15 de 25mm - Embalagem com 06 unidades	unidade	30	76,00	2.280,00
401	Lima hedstroem 1ª série (15 a 40) 25 MM. Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletropolida, corte triangular, pertencente a classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. Instrumento de corte preciso. Tipo quadrado, atendendo as normas da ISO, com elevada resistência, a fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. Ponta cônica conforme as normas ISO e rigorosa concentricidade. (autoclavável a 135° C) Passível de esterilização em meios físico-químicos. caixa com 6 limas com stops de silicone.	caixa	12	79,93	959,16
	<b>TOTAL DO LOTE</b>				<b>167.206,90</b>

LOTE 10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
402	Paramonoclorofenol canforado uso odonto. Especificação: apresentação líquido; base: clorfenol, canfora, alc etílico 96 G, água deion; finalidade limpeza, desinfecção de canais e controle infecção, antiséptico, levemente analgésico, utilizado sob forma de compressões no tratamento de canais, e nas periopiciopatias, como curativo de demorano de canais radiculares. Frasco com 10 ML.	caixa	12	14,37	172,44
403	Pasta de hidróxido de cálcio com paramonoclorofenol canforado. Especificação: para uso endodôntico, caixa com 02 tubetes plásticos de 2,7 g cada com pasta de hidróxido de cálcio com paramonoclorofenol canforado e 02 tubetes plásticos com 2,2g de glicerina. CALLEN PMCC.	caixa	12	73,63	883,56
404	Pasta de hidróxido de cálcio para uso endodôntico. Especificação: caixa com 02 tubetes plásticos de 2,7 g cada, de pasta de hidróxido de cálcio e 01 tubete de 2,2 de glicerina. CALLEN.	caixa	12	76,77	921,24
405	Pino de Fibra de Vidro nº 0,5 (20,0 x 1,4 x 0,65mm) Cx com 05 unidades - Especificação: Fabricado com uma matriz resinosa a base de fibra de vidro e resina epóxi, boa translucidez que permite a fotopolimerização de cimentos resinosos por transluminação, formato cônico, alta condutividade de luz, excelente radiopacidade, alta resistência.	caixa	50	42,99	2.149,50
406	Pino de Fibra de Vidro nº 1,0 (20,0 x 1,6 x 0,85mm) Cx com 05 unidades	caixa	50	43,52	2.176,00
407	Pontas de papel absorvente 1ª série tam 15-40 com 28 mm; com 120 unidades	caixa	30	39,20	1.176,00
408	Pontas de papel absorvente 2ª série tam 45-80 com 28 mm; com 120 unidades	caixa	30	35,31	1.059,30
409	Pontas de papel absorvente 25 com 28 mm; com 120 unidades	caixa	30	42,98	1.289,40

Prefeitura Municipal de Quixeré – Rua Padre Zacarias, 332, Centro – Quixeré/CE  
CNPJ 07.807.191/0001-47 / CGF 06.920.172-2  
CEP 62.920-000 [www.quixere.ce.gov.br](http://www.quixere.ce.gov.br) (88) 2172-1092

José Eudomar de Lima  
Presidente da Comissão  
Permanente de Licitação  
Mat. 200187-0 Quixeré-CE



GOVERNO MUNICIPAL  
SECRETARIA DE SAÚDE



410	Pontas de papel absorvente 30 com 28 mm; com 120 unidades	caixa	30	38,13	1.143,90
411	Pontas de papel absorvente 35 com 28 mm; com 120 unidades	caixa	30	36,74	1.102,20
412	Pontas de papel absorvente 40 com 28 mm; com 120 unidades	caixa	30	36,28	1.088,40
413	Pontas de papel absorvente 45 com 28 mm; com 120 unidades	caixa	30	35,31	1.059,30
414	Sugador uso endodôntico descartável em pvc atóxico para saliva. Especificação: embalagem c/ 40 unidades descartavel; fundidas ao tubo c/ fio galvanizado; sem memoria de posicao(fica na posicao colocada); comprimento 135mm_(+- 10mm).	pacote	30	12,31	369,30
415	Sugadores Endodônticos em kit com 01 sugador e 03 aglhas de diametro diferente - Especificação: (sem seringa).	unidade	12	53,91	646,92
416	Tamborel endodontico autoclavável até 170°. GRANDE	unidade	2	21,47	42,94
417	Teste de vitalidade pulpar. - Especificação: para teste de sensibilidade pulpar; composta por propano e butano; spray com 200 ml; sem CFC, inodoro e atóxico. Recomendações resfriamento até - 40° C.	unidade	12	46,28	555,36
<b>TOTAL DO LOTE</b>					<b>15.835,76</b>

LOTE 11 - MATERIAL ODONTOLÓGICO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
418	Broca Aço Esférica Peça de Mão nº 04	unidade	300	12,82	3.846,00
419	Broca Aço Esférica Peça de Mão nº 06	unidade	300	11,30	3.390,00
420	Broca Aço Esférica Peça de Mão nº 08	unidade	300	13,03	3.909,00
421	Broca Aço Esférica Peça Reta 703	unidade	300	11,36	3.408,00
422	Broca batt de uso odontológico em aço carbono din. 1.2516. - Especificação: tendo 28 mm de comprimento, formato cônico e picotado e ponta inativa. N° ISO 012. Registro na ANVISA conforme a RDC 185/2001 e a RDC 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos. Caixa com 6 unidades.	caixa	220	66,22	14.568,40
423	Broca batt de uso odontológico nº iso 012 caixa c/ 06 und - Especificação: em aço carbono din 1.2516, tendo 28mm de comprimento, formato cônico e picotado e ponta inativa, registro na Anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002, passível de esterilização em meios físico-químicos.	caixa	220	78,68	17.309,60
424	Broca batt de uso odontológico nº iso 014 caixa c/ 06 und - Especificação: em aço carbono din 1.2516, tendo 28mm de comprimento, formato cônico e picotado e ponta inativa. nº iso 014. registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos. caixa com 6 unidades.	caixa	220	78,68	17.309,60
425	Broca batt de uso odontológico nº iso 016 caixa c/ 06 und - Especificação: em aço carbono din 1.2516, tendo 28mm de comprimento, formato cônico e picotado e ponta inativa, registro na Anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002, passível de esterilização em meios físico-químicos.	caixa	220	48,46	10.661,20
426	Broca carbide esférica peça de mão nº 04 haste longa, embalada individualmente.	unidade	220	13,60	2.992,00
427	Broca carbide esférica peça de mão nº 06 haste longa, embalada individualmente.	unidade	220	13,23	2.910,60
428	Broca carbide esférica peça de mão nº 08 haste longa, embalada individualmente.	unidade	30	13,37	401,10
429	Broca carbide peça de mão nº 702, embalada individualmente.	unidade	40	12,65	506,00
430	Broca carbide peça de mão nº 703, embalada individualmente.	unidade	30	13,69	410,70
431	Broca cirúrgica aço carbide longa 25 mm, esférica nº 02. - Especificação: registro na ANVISA conforme a RDC 185/2001 e a RDC 260/2002; passível de esterilização em meios físico químicos, estéril, embalada individualmente.	unidade	150	9,20	1.380,00
432	Broca cirúrgica aço carbide longa 25 mm, esférica nº 04. registro ANVISA. - Especificação: registro na ANVISA conforme a RDC 185/2001 e a RDC 260/2002; passível de esterilização em meios físico químicos, estéril, embalada individualmente.	unidade	150	10,73	1.609,50
433	Broca cirúrgica aço carbide longa 25 mm, esférica nº 06. registro ANVISA. -	unidade	150	13,11	1.966,50

Prefeitura Municipal de Quixeré – Rua Padre Zacarias, 332, Centro – Quixeré/Ce  
CNPJ 07.807.191/0001-47 / CGF 06.920.172-2  
CEP 62.920-000 | [www.quixere.ce.gov.br](http://www.quixere.ce.gov.br) (88) 2172-1092

José Euclimar de Lima  
Presidente da Comissão  
Permanente de Licitação  
Mat. 060187-0 Quixeré - Ce



GOVERNO MUNICIPAL  
SECRETARIA DE SAÚDE



	<i>Especificação: registro na ANVISA conforme a RDC 185/2001 e a RDC 260/2002; passível de esterilização em meios físico químicos, estéril, embalada individualmente.</i>				
434	<b>Broca cirúrgica aço carbide longa 25 mm, esférica nº 08. registro ANVISA.</b> - <i>Especificação: registro na ANVISA conforme a RDC 185/2001 e a RDC 260/2002; passível de esterilização em meios físico químicos, estéril, embalada individualmente.</i>	unidade	150	17,76	2.664,00
435	<b>Broca cirurgica ZECRYA de alta rotação com parte ativa em carboneto.</b> - <i>Especificação: de tungstenio e parte inativa em aço inoxidável, longa 28 mm. registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente.</i>	unidade	200	22,60	4.520,00
436	<b>Broca endo - Z para alta rotação.</b> - <i>Especificação: tendo a sua parte ativa fabricada em carboneto de tungstênio (k20) e a parte inativa na cor dourada, fabricada em aço inoxidável din. 1.4197. Contendo 13% de cromo. Sua ponta é inativa. Apresentando 0,9 mm de diâmetro. O modelo de alta rotação possui 21 mm de comprimento e tendo parte ativa de 9 mm. Blister contendo 01 unidade.Registro na ANVISA conforme a rdc 185/2001 e a RDC 260/2002. passível de esterilização em meios físico químicos. contendo externamente marca comercial.</i>	unidade	110	26,27	2.889,70
437	<b>Broca endo - Z para contra ângulo, tendo a sua parte ativa fabricada em carbono</b> - <i>Especificação: tendo a sua parte ativa fabricada em carboneto de tungstênio (k20) e a parte inativa na cor dourada, fabricada em aço inoxidável din. 1.4197. Contendo 13% de cromo. Sua ponta é inativa. Apresentando 0,9 mm de diâmetro. O modelo de alta rotação possui 21 mm de comprimento e tendo parte ativa de 9 mm. Blister contendo 01 unidade.Registro na ANVISA conforme a rdc 185/2001 e a RDC 260/2002. passível de esterilização em meios físico químicos. contendo externamente marca comercial.</i>	unidade	110	47,36	5.209,60
438	<b>Broca Fresada Formato Cônico</b>	unidade	80	24,73	1.978,40
439	<b>Broca Fresada Formato Pera</b>	unidade	80	47,67	3.813,60
440	<b>Broca LN Long Neck - Broca em aço carbono com 28mm de comprimento</b> - <i>Especificação: Indicado para auxiliar na remoção de retentores intrarradiculares e instrumentos fraturados do interior dos canais, dotada de uma esfera na extremidade com 0,10mm de diâmetro.</i>	unidade	30	30,05	901,50
441	<b>Broca odontologica - carbide; número 03; de baixa rotação</b> - <i>Especificação: registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterilizacao em meios físico-químicos; embalada individualmente.</i>	unidade	250	13,31	3.327,50
442	<b>Broca odontologica carbide de alta rotação nº 02</b> - <i>Especificação: registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterilizacao em meios físico-químicos; embalada individualmente.</i>	caixa	250	10,01	2.502,50
443	<b>Broca odontologica carbide de alta rotação nº 03</b> - <i>Especificação: registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterilizacao em meios físico-químicos; embalada individualmente.</i>	unidade	250	11,49	2.872,50
444	<b>Broca odontologica carbide de alta rotação nº 06</b> - <i>Especificação: registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterilizacao em meios físico-químicos; embalada individualmente.</i>	unidade	250	13,26	3.315,00
445	<b>Broca odontologica carbide de alta rotação nº 08</b> - <i>Especificação: registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterilizacao em meios físico-químicos; embalada individualmente.</i>	unidade	250	15,06	3.765,00
446	<b>Broca odontologica carbide de baixa rotação nº 02</b> - <i>Especificação: registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterilizacao em meios físico-químicos; embalada individualmente.</i>	unidade	250	9,92	2.480,00
447	<b>Broca odontologica carbide de baixa rotação nº 04</b> - <i>Especificação: registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterilizacao em meios físico-químicos; embalada individualmente.</i>	unidade	250	14,84	3.710,00
448	<b>Broca odontologica carbide de baixa rotação nº 06</b> - <i>Especificação: registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterilizacao em meios físico-químicos; embalada individualmente.</i>	unidade	250	11,97	2.992,50

Prefeitura Municipal de Quixeré – Rua Padre Zacarias, 332, Centro – Quixeré/CE  
CNPJ 07.807.191/0001-47 / CGF 06.920.172-2  
CEP 62.920-000 | [www.quixeré.ce.gov.br](http://www.quixeré.ce.gov.br) (88) 2172-1092

José Euclides de Lima  
Presidente da Comissão  
Permanente de Licitação  
Mat. 06.187-0 Quixeré-CE



GOVERNO MUNICIPAL  
SECRETARIA DE SAÚDE



449	<b>Broca odontológica carbide de baixa rotação nº 08</b> - Especificação: registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente.	unidade	250	13,23	3.307,50
450	<b>Broca odontológica carbide de alta rotação nº 01</b> - Especificação: registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente.	unidade	250	10,70	2.675,00
451	<b>Broca odontológica carbide de baixa rotação nº 01</b> - Especificação: registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente.	unidade	250	11,48	2.870,00
452	<b>BROCA Odontológica de Aço Carbono de Forma Esférica nº 01 Haste.</b> Especificação: número 01 haste, nº 1 haste longa; de baixa rotação (contra ângulo); registro de anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico químicos.	unidade	250	7,10	1.775,00
453	<b>BROCA Odontológica de Aço Carbono de Forma Esférica nº 02 Haste.</b> Especificação: número 02 haste longa; de baixa rotação (contra ângulo); registro de anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico químicos.	unidade	250	10,56	2.640,00
454	<b>BROCA Odontológica de Aço Carbono de Forma Esférica nº 04 Haste.</b> Especificação: número 04 haste longa; de baixa rotação (contra ângulo); registro de anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico químicos.	unidade	250	13,37	3.342,50
455	<b>BROCA Odontológica de Aço Carbono de Forma Esférica nº 06 Haste.</b> Especificação: número 06 haste longa; de baixa rotação (contra ângulo); registro de anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico químicos.	unidade	250	10,56	2.640,00
456	<b>BROCA Odontológica de Aço Carbono de Forma Esférica nº 08 Haste</b> Especificação: número 08 haste longa; de baixa rotação (contra ângulo); registro de anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico químicos.	unidade	250	15,28	3.820,00
457	<b>Broca para uso odontológico 1251.</b> - Especificação: para baixa rotação; peça de mão ; tungstenio - maxcut número 1251; registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente.	unidade	25	78,27	1.956,75
458	<b>Broca para uso odontológico 1508.</b> - Especificação: para baixa rotação; peça de mão ; tungstenio, minicut número 1508; em meios físico-químicos; embalada individualmente.	unidade	25	67,79	1.694,75
459	<b>Broca para uso odontológico 1905.</b> - Especificação: para baixa rotação; peça de mão ; tungstenio -minicut número 1509; registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente.	unidade	25	68,24	1.706,00
460	<b>Broca para uso odontológico nº 702 para alta rotacao, aço carbide; cônica denteada</b> - Especificação: para cirurgia; numero 702; haste longa, conforme as normas NBR/ISSO 9002/1994; para os instrumentos rotativos odontologicos; passível de esterilização em meios físico-químicos; c/32 lâminas estéril.	unidade	150	16,15	2.422,50
461	<b>Broca para uso odontológico nº 703 para alta rotacao, aço carbide; cônica denteada</b> - Especificação: para cirurgia; numero 703; haste longa, conforme as normas NBR/ISSO 9002/1994; para os instrumentos rotativos odontologicos; passível de esterilização em meios físico-químicos; c/32 lâminas estéril.	unidade	150	11,60	1.740,00
462	<b>Broca para uso odontológico; para baixa rotação</b> - Especificação: peça de mão; tungstenio - minicut número 1503; registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente.	unidade	40	69,48	2.779,20
463	<b>Broca para uso odontológico / minicut 1508 / para baixa rotação / peça de mão</b> - Especificação: para baixa rotação, peça de mão; tungstenio - minicut número 1508; registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente.	unidade	40	74,63	2.985,20
464	<b>Broca para uso odontológico 1509</b> - Especificação: para baixa rotação, peça	unidade	40	101,41	4.056,40

Prefeitura Municipal de Quixeré – Rua Padre Zacarias, 332, Centro – Quixeré/CE  
CNPJ 07.807.191/0001-47 / CGF 06.920.172-2  
CEP 62.920-000 | [www.quixere.ce.gov.br](http://www.quixere.ce.gov.br) | (88) 2172-1092

José Euclimar de Lira  
Presidente da Comissão  
Permanente de Licitação  
M.A. 010187-0 Quixeré-CE



GOVERNO MUNICIPAL  
SECRETARIA DE SAÚDE



	de mão; tungstenio - minicut número 1509; registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente.				
465	<b>Broca para uso odontológico; para baixa rotação; peça de mão -</b> Especificação: tungstenio - minicut número 1510; registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente.	unidade	40	77,33	3.093,20
466	<b>Broca para uso odontológico; para baixa rotação; peça de mão -</b> Especificação: tungstenio - minicut número 1512; registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente.	unidade	40	72,97	2.918,80
467	<b>Broca para uso odontológico; para baixa rotação; peça de mão -</b> Especificação: tungstenio - minicut número 1502; registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente.	unidade	40	164,07	6.562,80
468	<b>Broca para uso odontológico; para baixa rotação, peça de mão; tungstênio.</b> - Especificação: minicut número 1514; registro na ANVISA conforme a RDC 185/2001 e a RDC 260/2002; passível de esterilização em meios físicoquímicos; embalada individualmente.	unidade	40	97,41	3.896,40
469	<b>Broca para uso odontológico; para baixa rotação, peça de mão; tungstênio -</b> Especificação: Broca para uso odontológico; para baixa rotação, peça de mão; tungstênio - minicut número 1520; registro na ANVISA conforme a RDC 185/2001 e a RDC 260/2002; passível de esterilização em meios físicoquímicos; embalada individualmente.	unidade	40	72,33	2.893,20
470	<b>Broca para uso odontológico; para baixa rotação, peça de mão; tungstênio .</b> - Especificação: minicut número 1251; registro na ANVISA conforme a RDC 185/2001 e a RDC 260/2002; passível de esterilização em meios físicoquímicos; embalada individualmente.	unidade	40	84,60	3.384,00
471	<b>Broca para uso odontológico; para baixa rotação, peça de mão; tungstênio -</b> Especificação: minicut número 1507; registro na ANVISA conforme a RDC 185/2001 e a RDC 260/2002; passível de esterilização em meios físicoquímicos; embalada individualmente.	unidade	40	69,53	2.781,20
472	<b>Broca para uso odontológico; para baixa- rotação -</b> Especificação: contra angulo; aço carbide; peeso; para endodontia; numero 01; haste longa; registro na ANVISA conforme a RDC 185/2001 e a RDC 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; caixa com 6 unidades.	caixa	100	72,38	7.238,00
473	<b>Broca para uso odontológico; para baixa- rotação, contra ângulo -</b> Especificação: aço carbide; peeso; para endodontia; numero 1/2; haste longa; registro na ANVISA conforme a RDC 185/2001 e a RDC 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; caixa com 6 unidades.	unidade	100	13,40	1.340,00
474	<b>Broca para uso odontológico; para baixa- rotação, contra angulo. -</b> Especificação: aço carbide; peeso; para endodontia; numero 04; haste longa; registro na ANVISA conforme a RDC 185/2001 e a RDC 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; caixa com 6 unidades.	caixa	100	81,53	8.153,00
475	<b>Broca para uso odontológico; para baixa- rotação, contra angulo . -</b> Especificação: aço carbide; peeso; para endodontia; numero 06; haste longa; registro na ANVISA conforme a RDC 185/2001 e a RDC 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; caixa com 6 unidades.	caixa	100	70,36	7.036,00
476	<b>Broca para uso odontológico; para baixa- rotação, contra angulo; aço -</b> Especificação: aço carbide; peeso; para endodontia; numero 02; haste longa; registro na ANVISA conforme a RDC 185/2001 e a RDC 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; caixa com 6 unidades.	caixa	100	71,88	7.188,00
477	<b>Broca para uso odontológico; para baixa- rotação, contra angulo; aço ca -</b> Especificação: aço carbide; peeso; para endodontia; numero 03; haste longa; registro na ANVISA conforme a RDC 185/2001 e a RDC 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; caixa com 6 unidades.	caixa	100	71,88	7.188,00
478	<b>Broca Transmetal para Alta Rotação, 19mm, formato de Cilindrico -</b>	unidade	20	45,61	912,20

Prefeitura Municipal de Quixeré – Rua Padre Zacarias, 332, Centro – Quixeré/Ce  
CNPJ 07.807.191/0001-47 / CGF 06.920.172-2  
CEP 62.920-000 | [www.quixeré.ce.gov.br](http://www.quixeré.ce.gov.br) | (88) 2172-1092

José Euclides de Lima  
Presidente da Comissão  
Permanente de Licitação  
Mat. 06/187-0 Quixeré-CE



GOVERNO MUNICIPAL  
SECRETARIA DE SAÚDE



	<i>Especificação: com parte ativa em carboneto de tungstênio e parte inativa em aço inoxidável. Contendo 13% de cromo.</i>				
479	<b>Broca Transmetal para Alta Rotação, 19mm, formato de Pêra</b> - <i>Especificação: com parte ativa em carboneto de tungstênio e parte inativa em aço inoxidável. Contendo 13% de cromo.</i>	unidade	20	47,55	951,00
480	<b>Broca Transmetal para Alta Rotação, 25mm, formato de Cilindrico</b> - <i>Especificação: com parte ativa em carboneto de tungstênio e parte inativa em aço inoxidável. Contendo 13% de cromo.</i>	unidade	20	54,03	1.080,60
481	<b>Broca Transmetal para Alta Rotação, 25mm, formato de Pêra</b> - <i>Especificação: com parte ativa em carboneto de tungstênio e parte inativa em aço inoxidável. Contendo 13% de cromo.</i>	unidade	20	49,84	996,80
482	<b>Broca odontologica carbide de alta rotacao nº 04</b> - <i>Especificação: registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 e a rdc 260/2002; passível de esterilizacao em meios fisico-quimicos; embalada individualmente.</i>	unidade	250	15,27	3.817,50
483	<b>Broca: gates , nº 2 (diâmetro 0,70), em aço inoxidável din 1.4197</b> - <i>Especificação: tendo 13% de cromo na sua constituição. 32 mm (com uma haste de 19mm). O cabo apresenta pequenos entelhes, indicando a numeração da broca. Ponta ausente de capacidade de corte. Caixa com seis unidades".</i>	caixa	12	120,23	1.442,76
484	<b>Broca gates nº 2 diâmetro 0,70 em aço inoxidável din 1.4197.</b> <i>Especificação: tendo 13% de cromo na sua constituição, 28 mm (com uma haste de 15 mm). O cabo apresenta pequenos entelhes, indicado a numeração da broca. Ponta ausente de capacidade de corte. Caixa com 6 unidades.</i>	caixa	12	111,30	1.335,60
485	<b>Broca gates nº 3 diâmetro 0,90 em aço inoxidável din 1.4197.</b> <i>Especificação: tendo 13% de cromo na sua constituição, 28 mm (com uma haste de 15 mm). O cabo apresenta pequenos entelhes, indicado a numeração da broca. Ponta ausente de capacidade de corte. Caixa com 6 unidades.</i>	caixa	12	103,43	1.241,16
486	<b>Broca gates nº 4 diâmetro 1,10 em aço inoxidável din 1.4197.</b> <i>Especificação: tendo 13% de cromo na sua constituição, 32 mm (com uma haste de 19 mm). O cabo apresenta pequenos entelhes, indicado a numeração da broca. Ponta ausente de capacidade de corte. Caixa com 6 unidades.</i>	caixa	12	107,53	1.290,36
487	<b>Broca gates nº 4 diâmetro 1,10 em aço inoxidável din 1.4197.</b> <i>Especificação: tendo 13% de cromo na sua constituição, 28 mm (com uma haste de 19 mm). O cabo apresenta pequenos entelhes, indicado a numeração da broca. Ponta ausente de capacidade de corte. Caixa com 6 unidades.</i>	caixa	12	107,53	1.290,36
488	<b>Broca gates nº 5 diâmetro 1,30 em aço inoxidável din 1.4197.</b> <i>Especificação: tendo 13% de cromo na sua constituição, 28 mm (com uma haste de 15 mm). O cabo apresenta pequenos entelhes, indicado a numeração da broca. Ponta ausente de capacidade de corte. Caixa com 6 unidades.</i>	caixa	12	103,43	1.241,16
489	<b>Broca gates nº 5 diâmetro 1,30 em aço inoxidável din 1.4197.</b> <i>Especificação: tendo 13% de cromo na sua constituição, 32 mm (com uma haste de 19 mm). O cabo apresenta pequenos entelhes, indicado a numeração da broca. Ponta ausente de capacidade de corte. Caixa com 6 unidades.</i>	caixa	12	103,43	1.241,16
490	<b>Broca: gates , nº 3 (diâmetro 0,90), em aço inoxidável din 1.4197</b> - <i>Especificação: tendo 13% de cromo na sua constituição. 32 mm (com uma haste de 19mm). O cabo apresenta pequenos entelhes, indicando a numeração da broca. Ponta ausente de capacidade de corte. Caixa com seis unidades".</i>	caixa	12	107,53	1.290,36
491	<b>Broca gates nº 6 em aço inoxidável din 1.4197.</b> <i>Especificação: tendo 13% de cromo na sua constituição, 28 mm (com uma haste de 15 mm). O cabo apresenta pequenos entelhes, indicado a numeração da broca. Ponta ausente de capacidade de corte. Caixa com 6 unidades.</i>	caixa	12	76,85	922,20
492	<b>Broca gates nº 6 em aço inoxidável din 1.4197.</b> <i>Especificação: tendo 13% de cromo na sua constituição, 32 mm (com uma haste de 19mm). O cabo apresenta pequenos entelhes, indicado a numeração da broca. Ponta ausente de capacidade de corte. Caixa com 6 unidades.</i>	caixa	12	66,65	799,80
493	<b>Broca cirurgica esferica nº 6</b>	unidade	120	15,14	1.816,80

Prefeitura Municipal de Quixeré – Rua Padre Zacarias, 332, Centro – Quixeré/CE  
CNPJ 07.807.191/0001-47 / CGF 06.920.172-2  
CEP 62.920-000 | [www.quixeré.ce.gov.br](http://www.quixeré.ce.gov.br) | (88) 2172-1092

José Euríbio de Lima  
Presidente da Comissão  
Permanente de Licitação  
Mat. 000187-0 Quixeré-CE



GOVERNO MUNICIPAL  
SECRETARIA DE SAÚDE



494	Broca cirurgica esferica nº 08	unidade	120	16,67	2.000,40
495	Broca cirurgica zecrya	unidade	120	71,27	8.552,40
	<b>TOTAL DO LOTE</b>				<b>271.826,02</b>

LOTE 12 - MATERIAL ODONTOLÓGICO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
496	Ponta diamantada alta rotação 1011 - Especificação: Em aço carbono esterilizado, não descartável, constituída em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono com diamante aglutinado de forma multímbricada.	unidade	300	2,11	633,00
497	Ponta diamantada alta rotação 1011HL de aço carbono esterilizado	unidade	300	12,46	3.738,00
498	Ponta diamantada alta rotação 1012 - Especificação: de aço carbono esterilizado - não descartável, constituída em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multímbricada.	unidade	300	5,41	1.623,00
499	Ponta diamantada alta rotação 1012 HL de aço carbono esterilizado - Especificação: não descartável, constituída em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multímbricada.	unidade	300	9,44	2.832,00
500	Ponta diamantada alta rotação 1013 de aço carbono esterilizado - Especificação: não descartável, constituída em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multímbricada.	unidade	300	8,36	2.508,00
501	Ponta diamantada alta rotação 1013HL - Especificação: não descartável, constituída em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multímbricada.	unidade	300	4,93	1.479,00
502	Ponta diamantada alta rotação 1014 de aço carbono esterilizado - Especificação: não descartável, constituída em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multímbricada.	unidade	300	1,97	591,00
503	Ponta diamantada alta rotação 1014 HL de aço carbono esterilizado - Especificação: não descartável, constituída em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multímbricada.	unidade	300	6,97	2.091,00
504	Ponta diamantada alta rotação 1015 de aço carbono esterilizado - Especificação: não descartável, constituída em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multímbricada.	unidade	300	5,30	1.590,00
505	Ponta diamantada alta rotação 1015 HL de aço carbono esterilizado - Especificação: não descartável, constituída em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multímbricada.	unidade	300	7,44	2.232,00
506	Ponta diamantada alta rotação 1016 de aço carbono esterilizado - Especificação: não descartável, constituída em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multímbricada.	unidade	300	5,32	1.596,00
507	Ponta diamantada alta rotação 1016 HL de aço carbono esterilizado - Especificação: não descartável, constituída em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multímbricada.	unidade	300	5,90	1.770,00
508	Ponta diamantada alta rotação 1019 de aço carbono esterilizado - Especificação: não descartável, constituída em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multímbricada.	unidade	300	7,16	2.148,00
509	Ponta diamantada alta rotação 1019 HL de aço carbono esterilizado - Especificação: não descartável, constituída em aço especial temperado a base	unidade	300	6,23	1.869,00

Prefeitura Municipal de Quixeré – Rua Padre Zacarias, 332, Centro – Quixeré/CE  
CNPJ 07.807.191/0001-47 / CGF 06.920.172-2  
CEP 62.920-000 | [www.quixere.ce.gov.br](http://www.quixere.ce.gov.br) | (88) 2172-1092

José Eucimar de Lima  
Presidente da Comissão  
Permanente de Licitação  
Mat. 000770 Quixeré-CE





GOVERNO MUNICIPAL  
SECRETARIA DE SAÚDE



	de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multibrincada.				
510	<b>Ponta diamantada alta rotação 1090</b>	unidade	300	9,70	2.910,00
511	<b>Ponta diamantada alta rotação 1092 de aço carbono esterilizado</b> - Especificação: não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multibrincada.	unidade	300	9,70	2.910,00
512	<b>Ponta diamantada alta rotação 1093 de aço carbono esterilizado</b> - Especificação: não descartável, constituída em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multibrincada.	unidade	300	4,37	1.311,00
513	<b>Ponta diamantada alta rotação 3083 de aço carbono esterilizado</b> - Especificação: não descartável, constituída em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multibrincada.	unidade	300	8,89	2.667,00
514	<b>Ponta diamantada alta rotação 3118F</b> - Especificação: em aço carbono esterilizado, não descartável, constituída em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multibrincada.	unidade	300	8,77	2.631,00
515	<b>Ponta diamantada alta rotação 3168F</b> - Especificação: em aço carbono esterilizado, não descartável, constituída em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multibrincada.	unidade	300	8,24	2.472,00
516	<b>Ponta diamantada alta rotação 3195F de aço carbono esterilizado</b> - Especificação: não descartável, constituída em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multibrincada.	unidade	300	8,23	2.469,00
517	<b>Ponta diamantada alta rotação 1033 de aço carbono esterilizado</b> - Especificação: não descartável, constituída em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multibrincada.	unidade	300	7,81	2.343,00
518	<b>Ponta diamantada alta rotação 2200 de aço carbono esterilizado</b> - Especificação: não descartável, constituída em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multibrincada.	unidade	300	9,16	2.748,00
519	<b>Ponta diamantada alta rotação 3018 de aço carbono esterilizado</b> - Especificação: não descartável, constituída em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. com diamante aglutinado de forma multibrincada.	unidade	300	10,93	3.279,00
	<b>TOTAL DO LOTE</b>				<b>52.440,00</b>


LOTE 13 - MATERIAL ODONTOLÓGICO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
520	<b>Oculos de Proteção Incolor em Policarbonato</b> - Especificação: resistente a impactos e choques físicos de materiais sólidos e líquidos como: fragmentos de madeira, ferro, respingo de produtos ácidos, causticos entre outros, proteção contra raios UVA e UVB, apoio nasal.	unidade	40	8,50	340,00
521	<b>Caneta de Alta Rotação - Baixo Nível de Ruído</b> - Especificação: Ergonômica e autoclavável com cabeça de aço inoxidável, rolamentos de esferas cerâmica e bucha guia em metal duro. Rotação máxima de 380.000rpm. Sistemas antirrefluxo e microfiltro para água do spray.	unidade	130	792,07	102.969,10
522	<b>Broqueiro metálico em aço inox</b>	unidade	30	34,44	1.033,20
523	<b>Disco de Lixa Sof Lex Série Laranja</b> - Especificação: Disco de 3/4" 13mm (diâmetro) - Cor/Apresentação cx com 50; Para acabamento e polimento de restauração compósito.	caixa	60	244,68	14.680,80
524	<b>Pontas centrix de reposição accudose agulha - caixa com 20</b>	caixa	4	52,90	211,60

Prefeitura Municipal de Quixeré – Rua Padre Zacarias, 332, Centro – Quixeré/CE  
CNPJ 07.807.191/0001-47 / CGF 06.920.172-2  
CEP 62.920-000 | [www.quixere.ce.gov.br](http://www.quixere.ce.gov.br) | (88) 2172-1092

José Euclimar de Lima  
Presidente da Comissão  
Permanente de Licitação  
Mat. 060787-0 Quixeré-CE



GOVERNO MUNICIPAL  
SECRETARIA DE SAÚDE



525	Cuba Inóx	unidade	50	17,77	888,50
526	Cureta periodontal GRACEY 11-12	unidade	130	63,11	8.204,30
527	Cureta periodontal GRACEY 1-2	unidade	130	63,97	8.316,10
528	Cureta periodontal GRACEY 13-14	unidade	130	67,91	8.828,30
529	Cureta periodontal GRACEY 3-4	unidade	130	62,23	8.089,90
530	Cureta periodontal GRACEY 5-6	unidade	130	58,18	7.563,40
531	Cureta periodontal GRACEY 7-8	unidade	130	58,18	7.563,40
532	Cureta periodontal MC CALL 11-12	unidade	130	34,30	4.459,00
533	Cureta periodontal MC CALL 13-14	unidade	130	37,30	4.849,00
534	Cureta periodontal MC CALL 17-18	unidade	130	35,23	4.579,90
535	Ponta diamantada alta rotação 1091 - Especificação: em aço carbono esterilizado, não descartável, constituída em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono com diamante aglutinado de forma multibrincada.	unidade	300	5,27	1.581,00
536	Cimento Resinoso para Cimentação de Pinos, Núcleos de Preenchimento Coroas - Especificação: Produto 3 em 1: realiza 3 procedimentos em um só material, permite diagnóstico radiográfico através da radiopacidade, elevada resistência a flexão e a compressão, propociona maior praticidade através da aplicação uniforme do produto, ótima adesão à dentina, esmalte, blocos de CAD/CAM, porcelana, resina, cerâmica e metal, apresenta 62% de carga em peso para maior estabilidade de reabilitação, escoamento balanceado, cura dual: polimerização química em ambientes onde a luz não alcança plenamente e fotopolimerização para facilitar o trabalho ao construir o munhão.	unidade	10	142,34	1.423,40
537	Carbono para oclusão dupla face preto ou vermelho - envelope com 12 folhas	bloco	170	4,08	693,60
538	Cabo para bisturi nº 3 - Especificação: em aço inoxidável.	unidade	250	12,82	3.205,00
<b>TOTAL DO LOTE</b>					<b>189.479,50</b>

LOTE 14 - MATERIAL HOSP. ÓRTESES, PRÓT. MAT. ESPEC.					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
539	LUVA CIRÚRGICA - TAMANHO 6	par	1100	3,23	3.553,00
540	LUVA CIRÚRGICA - TAMANHO 6,5	par	1100	2,33	2.563,00
541	LUVA CIRÚRGICA - TAMANHO 7,0	par	300	2,78	834,00
542	LUVA CIRÚRGICA - TAMANHO 7,5	par	300	2,88	864,00
543	LUVA CIRÚRGICA - TAMANHO 8,0	par	200	3,48	696,00
544	PROTECTOR FACIAL - FACE SHIELD - Especificação: Segurança constituído de coroa e carneira confeccionadas em material plástico, regulagem de tamanho disponível através de ajuste simples e catraca, visor de PETG incolor. o Visor é preso a coroa por meio de cinco rebites plástico e arruelas metálicas e a carneira é presa a coroa através de dois parafusos plástico.	unidade	80	21,28	1.702,40
<b>TOTAL DO LOTE</b>					<b>10.212,40</b>
LOTE 15 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
545	CAIXA ORGANIZADORA 21 DIVIDÓRIAS PLÁSTICA - TRANSPARENTE	unidade	30	26,93	807,90
546	CAIXA ORGANIZADORA 4 LITROS COM TRAVA - TRANSPARENTE	unidade	30	24,38	731,40
547	CAIXA ORGANIZADORA COM TRAVA 20 LITROS - TRANSPARENTE	unidade	30	39,58	1.187,40
548	FILME PVC COM 100M X 28CM	unidade	300	15,76	4.728,00
<b>TOTAL DO LOTE</b>					<b>7.454,70</b>

LOTE 16 - APAR. EQUIP. UTEN. MED. ODONT. LAB. HOSPITALAR					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
549	Aparelho de raio X odontológico. Especificação: instalação coluna móvel, modo de operação digital, unidade de comando programável não possui, faixa de tensão (KVP) 01.	unidade	1	6.793,33	6.793,33
550	APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO DIGITAL DE BRAÇO G	unidade	1	158,13	158,13
551	APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO MANUAL ESFIGMOMANÔMETRO + ESTETOSCÓPIO.	unidade	1	139,18	139,18

Prefeitura Municipal de Quixeré – Rua Padre Zacarias, 332, Centro – Quixeré/Ce  
CNPJ 07.807.191/0001-47 / CGF 06.920.172-2  
CEP 62.920-000 | [www.quixere.ce.gov.br](http://www.quixere.ce.gov.br) | (88) 2172-1092

José Eucimar de Lima  
Presidente da Comissão  
Permanente de Licitação  
Mat. 0601870 Quixeré-CE



GOVERNO MUNICIPAL  
SECRETARIA DE SAÚDE



552	<b>AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL - 30 LITROS</b> - Especificação: Esterelização a vapor, secagem com a porta fechada, 06 ciclos de esterelização, câmara em aço inox, potência 1600wats, 220v ou bivolt, com 3 bandejas.	unidade	5	5.516,31	27.581,55
553	<b>BANDEJA DE COLUNA FIXA A CADEIRA ODONTOLÓGICA</b> - Especificação: Produto auxiliar destinado a acomodar periféricos. Ajuste fácil em várias posições, não permitindo movimentos giratórios, pois esá fixa na coluna, Agiliza o acesso a intens auxiliares e suporta 11kg, área útil 30 x 24cm e não danifica a pintura da coluna, bordas salientes para retenção de líquidos.	unidade	5	159,19	795,95
554	<b>BIOMBO PLUMBIFERO.</b> Especificação: com acabamento em laminado melamínico na cor branca e estrutura em aço, com proteção plumbífera de no mínimo 2,0 mm PB, com visor de proteção plumbífera, de no mínimo 10 cm X 15 cm, com dimensões mínimas de 1,80 m de altura X 0,80 m de largura, com rodízios.	unidade	1	3.783,26	3.783,26
555	<b>CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR).</b> Especificação: terminais 03, cabeceira biarticulada, comando base (botão), unidade auxiliar 1 ponta, equipo acoplado pneumático, refletor monofocal (20.000 LUX), cuba porcelana / cerâmica, caneta de alta rotação 1.	unidade	3	15.570,29	46.710,87
556	<b>Compressor odontológico isento de óleo p/01 cadeira</b>	unidade	2	3.116,63	6.233,26
557	<b>Compressor odontológico isento de óleo p/02 cadeiras</b>	unidade	2	3.665,93	7.331,86
558	<b>CUBA DE ULTRASSOM.</b> - Especificação: aliada ao detergente enzimático, possibilita limpeza eficiente de instrumentos clínicos, atuando principalmente nas áreas de difícil acesso ou locais inacessíveis; possui 5 ciclos de limpeza com opção de aquecimento; capacidade útil de 2,1L e capacidade total de 2,5L, frequência ultrassônica de 42KHZ, 220V, com registro na anvisa.	unidade	9	1.030,30	9.272,70
559	<b>DESTILADOR DE ÁGUA - 4 LITROS</b> - Especificação: Capacidade do reservatório de água comum: 4 litros, capacidade do reservatório de água destilada; 3,8 litros.	unidade	5	1.312,50	6.562,50
560	<b>FOTOPOLIMERIZADOR COM RADIÔMETRO INTERNO AUTOMÁTICO</b> - Especificação: E Ponteira de polimerização com giro de 360°, fabricada em fibra ótica orietada e autoclavável a 134°C; sem fio, lâmpada tipo LED.	unidade	12	921,97	11.063,64
561	<b>LOCALIZADOR APICAL II</b> - Especificação: bateria recarregável, completamente automático, 110 v e 220v, 2 anos de garantia. Escala regressiva em décimos de milímetros a partir de 2mm aquém da saída foraminal. Acompanha: 1 aparelho, 1 carregador, 2 clips, e 1 gancho.	unidade	1	3.346,72	3.346,72
562	<b>MALETA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL</b> - Especificação: 220 volts com puxador e rodinhas ( com sugador, terminal borden para alta rotação e baixa rotação, seringa tríplex, compressor isento de óleo, ultrassom).	unidade	1	14.956,00	14.956,00
563	<b>MINI INCUBADORA.</b> Especificação: para testar o processo de esterilização a vapor no ciclo de 24 ou 48 horas, capacidade para incubar até 04 indicadores iologicos, voltagem automática de 220 v.	unidade	11	394,43	4.338,73
564	<b>MOCHO ODONTOLÓGICO SEM BRAÇOS.</b> Especificação: mecanismo com regulagem de altura e profundidade do encosto base giratória cinza em polipropileno com cinco rodízios. Função de ajuste de altura por pistão a gás. Assento e encosto com espumas injetadas.	unidade	7	439,00	3.073,00
565	<b>NEGATOSCOPIO</b> - Especificação: Odontológico; dimensões do produto: 37,5 x 19 x 4,5 cm (CxLxA).	unidade	7	509,33	3.565,31
566	<b>ULTRASSOM PIEZOELETRICO E JATO DE BICARBONATO ODONTOLÓGICO.</b> Especificação: composto de ultra-som e jato de bicarbonato, projetado para a remoção do biofilme mineralizado e do biofilme não mineralizado. Chave seletora de potência permite ao operador ajustar rapidamente a potencia do aparelho (7 posições). válvula reguladora proporciona pressão de ar estabilizada e adequada para a remoção do biofilme. 4 níveis de rotação da bomba peristáltica: permite a vazão do liquido para cada tratamento. exclusivo sistema de capas autoclaváveis para o transdutor que proporciona aumento na vida útil de peça de mão. bomba peristáltica e reservatório de liquido irrigante acoplado. recurso exclusivo Dabi Atlante que possibilita o uso de líquidos anti-sépticos ou desinfetantes para a irrigação, garantindo um melhor	unidade	3	5.085,00	15.255,00



GOVERNO MUNICIPAL  
SECRETARIA DE SAÚDE



	pós-operatório. 220V".				
567	<b>Camara escura para revelação de radiografias periapicais odontologicas</b>	unidade	4	266,02	1.064,08
568	<b>MOTOR RECIPROC</b> - Especificação: Novo motor para endodontia, tanto para os novos instrumentos de técnica recíproca rotatória quanto para sistemas NiTi rotatórios clássicos. Menu de fácil navegação e tela nitida. Funcionamento por bateria, também podendo ser usado enquanto carrega. Design ergonômico "lifestyle". Características da técnica recíproca rotatória. Ajustes específicos, pré programados para um preparo seguro e eficiente tanto com instrumento RECIPROC quanto com Wave One. Características e rotação contínua. Ajuste específicos, pré programados para Mtwo, FlexMaster, ProTaper, K#TM e Gates Glidden; configurações podem ser modificadas. Para reversão automáticas e controle de torque com sinal sonoro de advertência. Programação Dr's choice adicional para programar 15 ajustes individuais de torque e velocidade."	unidade	1	7.799,93	7.799,93
569	<b>CARRINHO AUXILIAR PARA CONSULTORIO ODONTOLÓGICO</b> - Especificação: Gaveteiro 6 gavetas com puxador de alumínio e corredeiras telescópicas que permitem abertura total da gaveta. Material: 100% mdf branco. Medida: (LxAxP) 50 x 70cm altura total já com os rodízios x 42. puxador lateral com acabamento em alumínio. Altura dos rodízios 5cm.	unidade	8	1.105,21	8.841,68
570	<b>PEÇA RETA</b> - Especificação: Baixo nível de ruído e vibração; oferece tratamentos mais tranquilos, com menos estresse para o dentista e para o paciente; Spray único externo: distribuição simétrica, evita o superaquecimento na região de corte da broca; Fácil manuseio: possui encaixe Intramatic universal; Ergonômica: favorece a pega durante os procedimentos, evitando a movimentação desnecessária da mão do dentista. Esterilizável em autoclave até 135°C; Mínimo de 5.000 rpm - máximo de 20.000 rpm; Sistema de fixação de broca de giro de anel; refrigeração externa; transmissão 1:1	unidade	13	718,27	9.337,51
	<b>TOTAL DO LOTE</b>				<b>198.004,19</b>

LOTE 01	R\$ 369.498,70
LOTE 02	R\$ 237.682,27
LOTE 03	R\$ 177.160,50
LOTE 04	R\$ 423.458,55
LOTE 05	R\$ 404.860,50
LOTE 06	R\$ 422.526,74
LOTE 07	R\$ 28.383,23
LOTE 08	R\$ 12.564,49
LOTE 09	R\$ 167.206,90
LOTE 10	R\$ 15.835,76
LOTE 11	R\$ 271.826,02
LOTE 12	R\$ 52.440,00
LOTE 13	R\$ 189.479,50
LOTE 14	R\$ 10.212,40
LOTE 15	R\$ 7.454,70
LOTE 16	R\$ 198.004,19
TOTAL	2.988.594,45

Valor total estimado: R\$ 2.988.594,45 (dois milhões novecentos e oitenta e oito mil quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos).

**4. - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

4.1 - Entregar os produtos do objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos estabelecidos neste PREGÃO PRESENCIAL, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;

4.2 - Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações;

Prefeitura Municipal de Quixeré – Rua Padre Zacarias, 332, Centro – Quixeré/CE  
CNPJ 07.807.191/0001-47 / CGF 06.920.172-2  
CEP 62.920-000 |www.quixere.ce.gov.br| (88) 2172-1092

José Eucimar de Lima  
Presidente da Comissão  
Permanente de Licitação  
Mat. 000487-0 Quixeré-CE



GOVERNO MUNICIPAL  
SECRETARIA DE SAÚDE



- 4.3 - Utilizar profissionais devidamente habilitados, substituindo-os nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o bom andamento e o bom fornecimento dos produtos;
- 4.4 - Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;
- 4.5 - Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que ao(à) CONTRATADO(A) não deverá, mesmo após o término do Contrato, sem consentimento prévio por escrito da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do Contrato;
- 4.6 - Providenciar a imediata correção das deficiências e/ ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE;
- 4.7 - Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na execução do objeto contratual, inclusive, respondendo pecuniariamente;
- 4.8 - Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre o objeto contratado inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Quixeré por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência do(a) CONTRATADO(A), com referência às suas obrigações, não se transfere à Prefeitura Municipal de Quixeré;
- 4.9 - Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO;
- 4.10 - Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente;
- 4.11 - Os pedidos de prorrogação serão dirigidos às secretarias contratantes, até 05 (cinco) dias antes da data do término do prazo contratual e deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado adaptado às novas condições propostas. Esses pedidos serão analisados e julgados pela fiscalização da Prefeitura de Quixeré.
- 4.12 - Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pelas secretarias contratantes, não serão considerados como inadimplemento contratual.
- 4.13 - A CONTRATADA obriga-se a cumprir o disposto nos incisos V do Art. 27 da Lei de Licitações e XXXIII do art. 7o da Constituição Federal. (Incluído pela Lei nº 9.854, de 1999), figurar no pólo passivo de ações/reclamações trabalhistas eventualmente propostas por ocasião da prestação dos serviços objeto do presente edital, excluindo a CONTRATANTE de quaisquer obrigações de natureza trabalhista.

**5. - ENTREGA E RECEBIMENTO DO PRODUTO:**

- 5.1 - Os objetos desta licitação deverão ser entregues no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da solicitação feita pela Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Quixeré, nas condições estipuladas neste edital e seus anexos.
- 5.1.1 - A entrega do produto será parcelada, de acordo com a solicitação da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Quixeré.
- 5.2 - O recebimento dos produtos será efetuado pela Comissão de Recebimento ou por servidor responsável da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Quixeré, que poderão solicitar junto ao fornecedor a correção de eventuais falhas ou

Prefeitura Municipal de Quixeré – Rua Padre Zacarias, 332, Centro – Quixeré/Ce  
CNPJ 07.807.191/0001-47 / CGF 06.920.172-2  
CEP 62.920-000 | [www.quixere.ce.gov.br](http://www.quixere.ce.gov.br) | (88) 2172-1092

José Euclimar de Lima  
Presidente da Comissão  
Permanente de Licitação  
M.º 160187-0 Quixeré/CE



GOVERNO MUNICIPAL  
SECRETARIA DE SAÚDE



irregularidades que forem verificadas na entrega dos mesmos, ou até mesmo substituí-los por outros novos, no prazo máximo definido no item 22.1, contados a partir do recebimento daqueles que forem devolvidos.

5.3 – O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.

5.4 – A entrega do produto deverá ser feita na sede da Secretaria de Saúde do município, localizada no endereço de entrega citado na ordem de compra, das 7h às 13 h, em dias úteis, por se tratar de repartição pública. Após esse horário, o responsável pela unidade recebedora deverá ser consultado para autorizar o recebimento ou não.

**6. - DO PAGAMENTO:**

6.1 - O pagamento será efetuado após liquidação da despesa por meio de crédito em conta corrente indicada pelo licitante(s) vencedor (es), no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos contados da apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo Setor responsável pelo recebimento do(a) Secretaria de Saúde do município de Quixeré. A contratante somente pagará a contratada pelos produtos que realmente forem pedidos e entregues.

6.2 - Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com o documento de cobrança, prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual, Municipal, perante o FGTS – CRF e comprovação de não possuir débitos trabalhistas através da apresentação da CNDT.

6.3 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

6.4 - Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer Nota Fiscal/Fatura por culpa do contratado, o prazo previsto no item 23.1 reiniciar-se-á a contar da data da respectiva reapresentação.

6.5 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

Quixeré-Ce, 03 de abril de 2023.

  
JOSE EUCIMAR DE LIMA  
Pregoeiro do Município de Quixeré

Jose Eucimar de Lima  
Presidente da Comissão  
Permanente de Licitação  
Mat. (000007-0) Quixeré-CE



**GOVERNO MUNICIPAL**  
SECRETARIA DE SAÚDE



**ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO**  
**TIMBRE DA EMPRESA**  
(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)

**DECLARAÇÃO**

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação Pregão Eletrônico nº 0008/2023 – Processo nº 0008/2023, instaurada pela Secretaria de Saúde do município de Quixeré, que a empresa:

- 1 - Cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal nº 4.358, de 05 de setembro de 2002, que regulamenta a Lei nº 9.584, de 27 de outubro de 2002;
- 2 - Não está impedida de contratar com a Administração Pública;
- 3 - Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
- 4 - Não incorre nas demais condições impeditivas da lei 8666/93.
- 5 - Que inexistem fatos impeditivos a sua habilitação.

\_\_\_\_\_, ... de ..... de 20\_\_.

\_\_\_\_\_  
Nome da empresa + Carimbo  
Nome do responsável legal da empresa  
RG do responsável  
CPF do responsável

José Eucimar de Lima  
Presidente da Comissão  
Permanente de Licitação  
Vol. 1 - 1187-0 Quixeré-CE



**GOVERNO MUNICIPAL**  
SECRETARIA DE SAÚDE



**ANEXO III – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS  
CONDIÇÕES DO EDITAL**

**TIMBRE DA EMPRESA**

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do pregão e os termos constantes no Edital Pregão Eletrônico nº 0008/2023 – Processo nº 0008/2023 e seu(s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne à apresentação de documentação para fim de habilitação.

Data:

---

Nome da empresa + Carimbo  
Nome do responsável legal da empresa  
RG do responsável  
CPF do responsável

José Euclimar de Lima  
Presidente da Comissão  
Permanente de Licitação  
Mat. 070167-0 Quixeré-CE





GOVERNO MUNICIPAL  
SECRETARIA DE SAÚDE



ANEXO IV – MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA FINAL  
PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO/FORNECIMENTO

A SER APRESENTADA APÓS A DISPUTA E READEQUADA AO ÚLTIMO LANCE

**TIMBRE DA EMPRESA**

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)

AO (A) PREGOEIRO (A) da Prefeitura Municipal de Quixeré

<b>LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2023 – PROCESSO Nº 0008/2023</b>		
Fornecedor:		
CNPJ:	Inscrição Estadual:	
Endereço:	Bairro:	
CEP:	Cidade:	Estado:
Telefone:	E-mail:	
Banco:	Agência:	Conta Corrente:
VALIDADE DA PROPOSTA: no mínimo 60 (sessenta) dias.		
PREVISÃO DE ENTREGA:		
CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL:		
<i>Senhor Fornecedor: Para sua maior segurança, observe as condições estabelecidas no Edital:</i>		

Lote/i item	Qtde.	Unid.	Especificações	Marca/ Modelo	Preço Unitário R\$	Preço Total R\$
01						

Valor Total e final por extenso do Item:  
R\$(.....)

**NO CASO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ASSINALE:**

( ) Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados – DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no Edital.

**IMPORTANTE:**

1. Fica a municipalidade com o direito assegurado de contratar ou rejeitar esta proposta se assim lhe convier, sem que ao fornecedor caiba qualquer reclamação ou indenização.
2. A assinatura do fornecedor implica na sua total aceitação das regras deste processo licitatório.

Prefeitura Municipal de Quixeré – Rua Padre Zacarias, 332, Centro – Quixeré/Ce  
CNPJ 07.807.191/0001-47 / CGF 06.920.172-2  
CEP 62.920-000 | [www.quixere.ce.gov.br](http://www.quixere.ce.gov.br) | (88) 2172-1092

José Eugênio de Lima  
Presidente da Comissão  
Permanente de Licitação  
Mat. 06.187-0 Quixeré-CE



GOVERNO MUNICIPAL  
SECRETARIA DE SAÚDE



➤ Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

XXXXX ..... de ..... de 20\_\_.

---

Nome da empresa + Carimbo  
Nome do responsável legal da empresa  
RG do responsável  
CPF do responsável